

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

**特許第3780273号
(P3780273)**

(45) 発行日 平成18年5月31日(2006.5.31)

(24) 登録日 平成18年3月10日(2006.3.10)

(51) Int.Cl.

A 6 1 B 5/08 (2006.01)

F I

A 6 1 B 5/08

請求項の数 3 (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2003-300090 (P2003-300090)	(73) 特許権者	301076094 テクサス株式会社 千葉県柏市永楽台1-3-10
(22) 出願日	平成15年8月25日(2003.8.25)	(73) 特許権者	501152352 独立行政法人電子航法研究所 東京都調布市深大寺東町7丁目4番地2 3
(65) 公開番号	特開2005-66027 (P2005-66027A)	(74) 代理人	100076163 弁理士 嶋 宣之
(43) 公開日	平成17年3月17日(2005.3.17)	(72) 発明者	時田 将義 千葉県柏市永楽台1-3-10 テクサス 株式会社内
審査請求日	平成15年10月15日(2003.10.15)	(72) 発明者	塩見 格一 東京都港区東新橋二丁目5番11号 メト ロビル401
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 就寝中の身体反応情報検出システム

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

就寝中の呼吸器系の音を取り込む音の取り込み手段と、この音の取り込み手段が取り込んだ音をデジタルデータに変換するデジタルデータ変換手段と、上記デジタルデータを解析するデータ処理手段とを備え、データ処理手段は、上記デジタルデータに対して処理単位を設定して、その処理単位毎に第1リアプノフ指数を算出するアルゴリズムを適応して揺らぎの安定度を算出する機能と、それを出力する機能とを備えた就寝中の身体反応情報検出システム。

【請求項2】

就寝中の呼吸器系の音を取り込む音の取り込み手段と、この音の取り込み手段が取り込んだ音をデジタルデータに変換するデジタルデータ変換手段と、上記デジタルデータを解析するデータ処理手段とを備え、データ処理手段は、デジタルデータを、就寝中の身体状態の変化に対応するように拡張した拡張力オス論的手法によって解析し、この拡張力オス論で定義した脳機能指数から揺らぎの安定度を算出し、それを出力する機能を備えた就寝中の身体反応情報検出システム。

【請求項3】

揺らぎの安定度の基準レベルや、揺らぎの安定度の経時変化の基準パターンなどを予め記憶させたデータ記憶手段を備え、データ処理手段は、音の取り込み手段から入力された音に基づいて算出した揺らぎの安定度と、上記データ記憶手段に記憶している基準レベルや基準パターンとを対比して、身体状態の変化を判定する請求項1または2に記載の就寝

10

20

中の身体反応情報検出システム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は、人が就寝中に発する呼吸器系の音から、生体情報を検出するシステムに関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、就寝中の鼾や寝言などは、その人の身体のコンドィションに関係すると考えられ、特に鼾についての研究が行われている。

10

例えば、鼾をかきやすい人は肥満気味の人が多いとか、同じ人でも、疲れているときや、寝苦しいときには鼾をかくといったことが言われている。それだけでなく、呼吸器や神経系の病気を持っている人が、ひどく大きな鼾をかくこともあり、鼾の測定から、隠された重大な病気や発作の予兆を発見しようとする試みもなされている。

【0003】

また、無意識な身体反応情報は、就寝時に表れやすい。なぜなら、覚醒時には、大脳機能による意識的な身体制御なされていたかめに、上記無意識な身体反応情報が隠されてしまうからである。上記意識的な身体制御は、無意識な身体反応に比べて、その動きの範囲やスピードなど、ダイナミックレンジがはるかに大きいいため、覚醒時には、このような大きな変化によって、無意識の身体反応情報が隠されてしまう可能性がある。これに対して、就寝中は、大脳機能が休止あるいは低下しているため、無意識な身体反応が表れやすいはずである。そして、このような無意識な身体反応には、医学的に価値のある身体の本質的な情報が含まれていると考えられる。

20

【0004】

例えば、健康に係わる身体的な重要な問題に関連した身体反応情報も、覚醒時には、大脳機能による意識的な反応によって隠されてしまう可能性がある。このような、無意識下での身体反応情報を検出するために、鼾や寝息に関する研究が行われている。

そして、どのような鼾がどのような病気に関係するのかというようなことを研究するために、実際の鼾を収集し、それを解析して、被検者がどのような鼾をかいているのかを知る試みがなされている。具体的には、マイクロホンを用いて収録した鼾音を、人が聞いて判断したり、周波数分析したりして、鼾の種類を分類するというようなことを行っている。

30

このようなシステムについては、実際に行われているので、特に、先行技術文献調査は行っていない。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかし、鼾音を収集するために、被検者のベッドの近くにマイクロホンを設置しても、就寝中の被検者の顔が、マイクロホンとは反対方向に向いてしまった場合には、マイクロホンで取り込める鼾音が小さくなり、必要なデータを収集できないことがあった。

40

つまり、被検者の顔が、マイクロホンと反対側を向いたときには鼾の収録音が小さくなり、マイクロホン側に向いたときには鼾の収録音が大きくなるので、収録音の強弱からは、実際の鼾音の強弱を判断することはできない。また、就寝中には、寝返りの音や、寝具のすれる音などが発生し、それらが鼾の音と一緒に収録されることになるので、その中で、鼾音が、他の音にかき消されてしまうこともある。

【0006】

一方、鼾音の中には、通常の会話音声や、他の音にはほとんど含まれないような高周波数成分が含まれることがわかっている。そのため、収録した音声データの中から、鼾音以外の雑音を除去するために、高周波領域だけを残して、他の周波数域の音声データを削除してしまうことも考えられる。しかし、高周波成分は、鼾音全体の中でも、わずかな割

50

合であるうえ、上記したようにマイクロホンに対する被検者の顔の向きによって、収録できる音のレベルが低くなってしまうと、高周波成分を抽出し難くなる。特に、高周波音は、寝具などに吸収され易いので、顔の向きがマイクロホンから離れた場合には、ほとんど、マイクロホンによって高周波成分を収集することができないのが現実であった。

【 0 0 0 7 】

また、寝返りを打つなどして、顔の向きを変える被検者を監視して、その動きに合わせてマイクロホンを移動させるようにしたり、顔の周りに、多数のマイクロホンを設置して、被検者がどちらを向いても鼾を収録できるようにした装置を用いることも考えられるが、そのためには、大がかりな装置が必要になってしまう。大がかりな装置を用いた場合、その装置コストが高くなるだけでなく、大げさな装置に取り囲まれた被検者は、緊張してしまっ

10

【 0 0 0 8 】

この発明の目的は、被検者にストレスを与えない状態で、就寝中の被検者の呼吸音や鼾音などの呼吸器系の音から、身体反応情報を正確に収集することができるシステムを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 9 】

第1の発明は、就寝中の呼吸器系の音を取り込む音の取り込み手段と、この音の取り込み手段が取り込んだ音をデジタルデータに変換するデジタルデータ変換手段と、上記デジタルデータを解析するデータ処理手段とを備え、データ処理手段は、上記デジタルデータに対して処理単位を設定して、その処理単位毎に第1リアブノフ指数を算出するアルゴリズムを適用して揺らぎの安定度を算出する機能と、それを出力する機能を備えた点に特徴を有する。

20

【 0 0 1 0 】

上記呼吸器系の音は、鼻や口から肺までの気道から発する音で、被験者の寝息や鼾などである。

【 0 0 1 1 】

第2の発明は、就寝中の呼吸器系の音を取り込む音の取り込み手段と、この音の取り込み手段が取り込んだ音をデジタルデータに変換するデジタルデータ変換手段と、上記デジタルデータを解析するデータ処理手段とを備え、データ処理手段は、デジタルデータを、就寝中の身体状態の変化に対応するように拡張した拡張カオス論的手法によって解析し、この拡張カオス論で定義した脳機能指数から揺らぎの安定度を算出し、それを出力する機能を備えた点に特徴を有する。

30

【 0 0 1 2 】

第3の発明は、上記第1または第2の発明を前提とし、揺らぎの安定度の基準レベルや、揺らぎの安定度の経時変化の基準パターンなどを予め記憶させたデータ記憶手段を備え、データ処理手段は、音の取り込み手段から入力された音に基づいて算出した揺らぎの安定度と、上記データ記憶手段に記憶している基準レベルや基準パターンとを対比して、身体状態の変化を判定する点に特徴を有する。

40

【発明の効果】

【 0 0 1 3 】

第1～第3の発明によれば、被検者に、測定することによるストレスを与えないで、必要な身体反応情報を検出することができる。

【 0 0 1 4 】

特に、第2の発明では、揺らぎの安定度の細かい変化を、リアルタイムに把握することができるようになる。従って、睡眠障害などを予測して、それを未然に防ぐこともできる。

また、第3の発明によれば、就寝中の身体反応情報を自動的に判定することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

50

【 0 0 1 5 】

図 1、図 2 を用いて、この発明の第 1 実施例を説明する。

このシステムは、コンピュータ 1 に、就寝中の生体音を取り込む音の取り込み手段であるマイクロホン 2 を接続している。このマイクロホン 2 は、被検者のベッドの枕元であって、被検者が寝返りを打つ際に、じゃまにならない位置に固定しておく。

【 0 0 1 6 】

また、上記コンピュータ 1 には、マイクロホン 2 から入力された音をデジタル音データに変換するデジタルデータ変換手段 3 と、このデジタルデータ変換手段 3 で変換されたデジタル音データを記憶しておく音データ記憶手段 4 と、この音データを解析処理するデータ処理手段 5 とを備えている。データ処理手段 5 には、プログラム記憶手段 6 が接続されてい

10

【 0 0 1 7 】

さらに、データ処理手段 5 には、データ出力手段としてディスプレイ 7 を接続している。

なお、上記音データを記憶する音データ記憶手段 4 を設けなくて、デジタル変換前の収録音を記憶させておく生データ記憶手段をマイクロホン 2 とデジタルデータ変換手段 3 との間に設けるようにしても良い。また、音の取り込み手段とデジタルデータ変換手段とが一体になったものを用いてもよい。

【 0 0 1 8 】

20

以下に、上記図 1 に示すシステムを用いて、被検者の就寝中の生体音を収集する手順を説明する。

まず、上記コンピュータ 1 およびマイクロホン 2 の電源をオンにすると、被検者の寝息や鼾音が、上記マイクロホン 2 によって、コンピュータ 1 へ入力される。

コンピュータ 1 ではデジタルデータ変換手段 3 によって、デジタルの音データを生成する。このデジタル音データを、音データ記憶手段 4 に記憶させ、さらにデータ処理手段 5 で解析処理する。

【 0 0 1 9 】

データ処理手段 5 では、第 1 リアプノフ指数を算出するアルゴリズムを適用して、上記音データの揺らぎの安定度を算出する。第 1 リアプノフ指数とは、カオス性を有する時系列データから作成したアトラクタの広がりを表す指標である。そして、この第 1 リアプノフ指数を算出するカオス理論では、ダイナミクスが安定であると想定している。つまり、この第 1 実施例では、上記音データを発する身体の状態が安定であると想定しなければならない。

30

【 0 0 2 0 】

しかし、この第 1 実施例におけるダイナミクス、すなわち、就寝中の被検者の身体状態は、カオス理論で想定するほど安定なものではなく、人が発する寝息などの音データは、もともと収束するデータではない。そのため、厳密には、上記音データから第 1 リアプノフ指数を算出することはできないことになる。そこで、この第 1 実施例では、上記経時的な音データを、予め設定した処理単位で区切って、その単位の範囲で、第 1 リアプノフ指数と全く同じ手法で算出した結果をこの発明の揺らぎの安定度としている。

40

【 0 0 2 1 】

第 1 リアプノフ指数とは、カオス性を有する時系列データの揺らぎの程度を示すものである。ただし、就寝中に収集した音データは、完全にカオス性を有するものではなく、そのデータには、カオス的ではない様々なノイズが含まれる。本来、就寝中の呼吸は周期的なもので、その振る舞いをカオスと考える場合もあるが、詳細にみれば、騒音や気温などの外部環境や、被検者の体調などによって与えられる脳に対する刺激に基づいたノイズが付加されて、上記音データには、脳機能に基づく身体状況が反映すると考えられる。

【 0 0 2 2 】

一方、ノイズが含まれたデータから、第 1 リアプノフ指数を算出すると、その値は、ノ

50

イズが無いときに比べて大きく算出されることが分かっている。従って、この第1実施例のシステムでは、第1リアブノフ指数の計算アルゴリズムを用いて算出した値を、カオスの指標としてではなく、揺らぎの安定度としている。この揺らぎの安定度の値が大きいほど、揺らぎは不安定で、ノイズが多いと見なす。

従って、この揺らぎの安定度を算出することによって、そのときの、被検者の身体反応情報として、脳にかかっている負荷を推測することができる。

安定度の値が大きな場合、カオス論的な揺らぎに多くのノイズが含まれていることになり、脳に負荷がかかっていると判断する。

【0023】

このことを検証する実験結果について、次に説明する。

10

上記のようにして、就寝中の被検者からマイクロホン2によって取り込んだ寝息や鼾音を解析処理して、揺らぎの安定度の値を算出した結果を図2のグラフAに示している。ただし、この実験においては、赤外線カメラとマイクロホンを用いて、被検者の動きや室内の音を、被検者が寝ている部屋とは別の監視室において、リアルタイムに監視している。そして、被検者の動きや、鼾の状態を記録し、その被検者の状態と揺らぎの安定度の値とを対応させることができるようにしている。

【0024】

なお、図2に示す実験結果は、サンプリング周波数44.1kHzの時の演算結果であり、この発明の処理単位を1秒間として、6分間の移動平均を算出したものである。つまり、上記揺らぎの安定度の値を算出することと、それを6分間の幅をもって平均処理することとを、1秒ずつずらして行っている。

20

このように、サンプリング周期よりもはるかに長い処理単位で処理する場合、その処理タイミングによって、算出された安定の値が変化してしまう恐れがある。そのため、6分間という長い幅で平均値を算出して、変化の傾向をみることにしている。

【0025】

図2のグラフAを、安定度の値が低い状態が続いている第1期(1)と、徐々に安定度の値が高くなっていく第2期(2)と、やや高い状態が安定している第3期(3)と、急激に上昇した第4期(4)とに区分している。

これらのグラフの変化に対応した被検者の状態は、第1期(1)と、第2期(2)とでは、特に変わった様子はなく、寝息も静かで、安眠しているように見えた。しかし、第3期(3)に入ったとたんに、鼾と無呼吸とが繰り返され、第4期(4)では、激しい鼾が続いた。つまり、第2期(2)と第3期(3)とは、算出した安定度の値ではなく、被検者の様子で区分している。

30

【0026】

上記のことから、揺らぎの安定度の値と、就寝中の被検者の様子には関連がありそうなことがわかる。

実際に、第4期(4)のように、安定度の値が、非常に高くなったときには、激しい鼾をかいている。ここでいう、激しい鼾とは、激しい呼吸のもとで発生した鼾のことで、録音レベルでの音の大小とは関係がない。つまり、揺らぎの値を算出することによって、就寝中の状態を、目視で観察していなくても、ある程度推測することができる。しかも、従来の、鼾音収集のように、音データの収録レベル、つまり録音の大小に関わりなく、身体状況を検出することができる。

40

【0027】

一方、第3期(3)では、実際には無呼吸と鼾とが交互に発生していて、第2期(2)とは、明らかに異なる状態である。しかし、第2期(2)の後半と、第3期(3)の安定度の値とでは、安定度の値はほとんど同じなので、第3期(3)での変化は、安定度のデータだけでは分かりにくい。

このように、第3期(3)の状態が、図2のグラフから読みとれないのは、以下の理由による。この第1実施例における揺らぎの安定度が、処理単位を決めて算出され、6分間という長い幅での平均値であるため、図2のグラフには、値の変化の傾向は表れても細か

50

な変動が表れない。そのため、このグラフには、第3期の状態がはっきりと現れていないものと考えられる。

【0028】

しかし、同様の実験を繰り返し、安定度の変化と被検者を観察した様子とを対応付けておけば、グラフAの第1期(1)のように、安定度の値が低く安定している時と比べて、値が上昇した時に、呼吸状態が変化していることを予測することもできるようになる。

呼吸音の収録レベルに係わらず、激しい鼾をかいた場合には、安定度の値が高くなり、脳の負荷が大きいといえる。このような状態が続けば、就寝時間が長くても、体が休まっていないことが想定できる。

【0029】

10

図3は、第2実施例のシステムによって、就寝中の呼吸音から揺らぎの安定度を算出した結果である。

第2実施例のシステムは、図1に示す第1実施例のシステムと全体構成は同じである。従って、この第2実施例の説明にも図1を用いる。

ただし、プログラム記憶手段6に記憶している解析プログラムが、第1実施例とは異なる。

この第2実施例でも、マイクロホン2から、寝息や鼾などの呼吸音を取り込んで、デジタル化したデータを音データ記憶手段4に取り込む方法は、上記第1実施例と同じである。

【0030】

20

この第2実施例の解析プログラムは、音データ記憶手段4に記憶している音データから、後で説明する脳機能指数を算出して、これを揺らぎの安定度の値として出力するプログラムである。

脳機能指数とは、本来、ダイナミクスが変化する現象を想定していないカオス理論を、ダイナミクスが変化する現象にも対応するように拡張した拡張カオス理論で定義した指数である。

なお、拡張カオス論は、この発明の発明者らが出願した特願2003-045386において定義されている。

【0031】

そして、上記脳機能指数をSiCECA(s(t))、音データをs(t)とすると、この脳機能指数は、数1で与えられる。

30

【数1】

$$SiCECA(s(t)) = \{ (CEM(t), CEM(p, t) \mid 0 < p \leq 1 \mid t=0, 1, \dots) \}$$

$$CEM(t) = \{ (Cm(t), \varepsilon_s(t), T(t) \mid t=0, 1, \dots) \}$$

$$CEM(p, t) = \{ c_M^p(t) \mid 0 < p \leq 1 \mid t=0, 1, \dots \}$$

tはサンプリングの時間間隔Δtにより量子化された時間である

40

【0032】

上記数1中のT(t)は、発話のダイナミクスと対応する値であるが、就寝中に関しては、一定と考えてもかまわない。ただし、被検者の就寝中の姿勢などによって、分類することも考えられる。

また、上記数1におけるε_sは、数2によって与えられるシセカ近傍距離である。

【数2】

$$\varepsilon_s = \max \{ P_0P_1, P_0P_2, \dots, P_0P_{(N-1)} \}$$

【0033】

50

なお、脳機能指数、シセカ近傍距離についても、上記特願 2 0 0 3 - 0 4 5 3 8 6 内で詳細に説明している。

そして、第 2 実施例のシステムでは、データ処理手段 5 が、収集した音データに基づいて、上記脳機能指数を算出して出力する。その際、サンプリング周波数 4 4 . 1 k H z でサンプリングした全てのデータについて、上記シセカ近傍距離を演算し、脳機能指数を算出している。図 3 のグラフ B は、算出した脳機能指数を移動平均幅 3 0 秒、移動間隔 1 秒として、平均処理した結果である。

【 0 0 3 4 】

図 3 の実験結果は、上記第 1 実施例と同じ被検者から収集した音データを解析したものである。

10

図 3 のグラフ B も、図 2 示す第 1 実施例の実験結果のグラフ A と同様に、音データを基にして算出した揺らぎの安定度を示したグラフであり、4 つの期に区分している。各期における被検者の外面的な様子は、第 1 実施例と同じである。

ただし、この第 2 実施例のグラフ B では、第 1 実施例のグラフ A に比べて、揺らぎの安定度の細かい変化が表れている。このグラフ B によれば、第 1 期 (1) に比べて、高めに推移している第 2 期 (2) と、全体のレベルは第 2 期 (2) とそれほど代わらないが、変動が激しい第 3 期 (3) と、非常に高いレベルで変化も激しい第 4 期 (4) とが、明確に区別できる。

【 0 0 3 5 】

特に、図 2 のグラフ A では、区別し難かった第 2 期 (2) と第 3 期 (3) とがはっきりと区別でき、第 3 期 (3) と無呼吸が発生している状態とを対応付けることができる。

20

このように、グラフ B には、グラフ A に比べて細かい変化が表れている。このような結果になったのは、第 2 実施例でのデータ処理手段 5 の演算で、サンプリングした全てのデータについて解析を行い、小さな幅での平均処理をしているためである。

ここでは、実験なので、音データ記憶手段 4 に記憶させた音データを解析処理しているが、実際には、呼吸音を収集しながら、データ処理を行うようにしてもよい。呼吸音を収集しながらデータ処理を行うようにすれば、意味のあるデータをリアルタイムに得ることができるので、上記揺らぎの安定度の変化から、身体反応情報を検出して、先の状態を予測することもできる。

【 0 0 3 6 】

30

例えば、第 2 期 (2) は、被検者に対する目視観察では、寝息が静かで第 1 期 (1) と変わっていない。しかし、図 3 に示すように、第 2 期 (2) では、脳機能指数を基にした揺らぎの安定度が、そのレベルも変動幅も、第 1 期 (1) とは異なる。

そして、上記脳機能指数は、音データの揺らぎに含まれるノイズであると考えている。このようなノイズが含まれるのは、被検者の脳に刺激が与えられて、安眠時の呼吸を制御する以外の信号が出ているためと考えられる。つまり、外見上は、安眠中のように見えても、第 1 期 (1) と比べて、第 2 期 (2) では、脳に負荷がかかっていると考えられる。

このような負荷が作用した状態が一定時間続くと、次に、無呼吸が起こる可能性が高いことがわかっていれば、鼾と無呼吸とを繰り返す第 3 期 (3) の状態を、第 2 期 (2) の段階で予測することもできる。

40

【 0 0 3 7 】

上記第 1、第 2 実施例のように、揺らぎの安定度を算出すれば、録音データの音量レベルに係わらずに、生体のカオス的な定性を乱すノイズを検出することができる。これによって、安眠時の寝息と、異常な鼾とを区別するとともに、身体反応情報を検出することができる。

従来のように、取り込んだ音データを周波数解析する場合には、音の大小が解析結果に影響してしまうので、就寝中の呼吸音から身体反応情報を収集することが困難であったが、この発明のシステムによれば、被検者にストレスを与えないで、身体反応情報を検出することができる。

【 0 0 3 8 】

50

また、揺らぎの安定度を算出して、そのレベルから、寝息と鼾とを区別するだけでなく、各被検者の、安静時の寝息の揺らぎの安定度を予め算出しておいて、それと対比するようにすれば、特定個人の、就寝中の異常の発生を、よりの確に予測することができる。従って、異常に対して予防策をとることもできるようになる。例えば、無呼吸状態に入る直前に、起こしてしまったり、ベッドを揺らして刺激を与えたりすれば、無呼吸状態に入るのを止めることができる。

【 0 0 3 9 】

さらに、揺らぎの安定度の絶対値そのものだけでなく、揺らぎの安定度の変化パターンなどに応じて、就寝中の異常を判定することも考えられる。

従って、予め、病気などの異常に対応した揺らぎの安定度の基準レベルや、基準変化パターンなどを、データ処理手段 5 に連係して設けたデータ記憶手段に記憶させておけば、データ処理部 5 が、就寝中の被検者のデータと上記基準とを対比して異常をいち早く発見できるようになる。

10

【 0 0 4 0 】

また、無呼吸や、激しい鼾などの睡眠障害は、本人も気が付かないことが多く、睡眠障害があった場合には、長時間睡眠をとっているのにもかかわらず、身体的な疲れがとれなかったり、仕事中に、激しい眠気におそわれたりすることがある。しかし、この発明のシステムでは、被検者にストレスを与えないで、上記のような睡眠障害を診断することができる。従って、特に、パイロットや列車の運転士など人命を預かる職業の人たちの適性判断やや健康管理に有効である。

20

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 4 1 】

【 図 1 】 この発明の実施例のシステム構成図である。

【 図 2 】 第 1 実施例の音データの揺らぎの安定度を示したグラフである。

【 図 3 】 第 2 実施例の音データの揺らぎの安定度を示したグラフである。


【 符号の説明 】

【 0 0 4 2 】


- 1 コンピュータ
- 2 マイクロホン
- 3 デジタルデータ変換手段
- 4 音データ記憶手段
- 5 データ処理手段
- 7 ディスプレイ

30


【 図 1 】



【 図 2 】



【 図 3 】



フロントページの続き

審査官 上田 正樹

- (56)参考文献 特開平07-184948(JP,A)
特開2000-113347(JP,A)
特表平11-504840(JP,A)
特開2001-283134(JP,A)
特開平08-131421(JP,A)
小野隆彦(外7名),“いびき音のパターン変化による睡眠時無呼吸症候群診断の基礎的検討”,日本音響学会2003年春季研究発表会講演論文集-I-,日本,日本音響学会,2003年3月18日,p.425-426
坂倉淳,“鼾の音響分析-カオス時系列分析の応用-”,口腔・咽頭科,日本,日本口腔・咽頭科学会,2003年8月10日,第16巻 第1号,p.35

- (58)調査した分野(Int.Cl.,DB名)
A61B 5/08

专利名称(译)	睡眠期间的身体反应信息检测系统		
公开(公告)号	JP3780273B2	公开(公告)日	2006-05-31
申请号	JP2003300090	申请日	2003-08-25
[标]申请(专利权)人(译)	Tekusasu		
申请(专利权)人(译)	テクサス株式会社 独立行政法人电子航法研究所		
当前申请(专利权)人(译)	テクサス株式会社 独立行政法人电子航法研究所		
[标]发明人	時田将義 塩見格一		
发明人	時田 将義 塩見 格一		
IPC分类号	A61B5/08 A61B5/00		
FI分类号	A61B5/08 A61B5/00.101.R		
F-TERM分类号	4C038/SV05 4C117/XA04 4C117/XB18 4C117/XC26 4C117/XE28 4C117/XE29 4C117/XJ05		
代理人(译)	志摩信行		
审查员(译)	上田正树		
其他公开文献	JP2005066027A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种系统，用于从呼吸系统的声音中精确地收集身体反应信息，例如呼吸声，患者在睡眠期间的动力，不给患者带来压力。ŽSOLUTION：该系统具有：声音获取装置2，用于在睡眠期间获取呼吸系统的声音；数字数据转换装置3，用于将声音获取装置采取的声音转换成数字数据；数据处理装置5用于分析数字数据。数据处理装置具有：根据数字数据计算随时间推移的波动稳定性的功能；以及输出它的功能。Ž

