



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109069104 A

(43)申请公布日 2018.12.21

(21)申请号 201780024746.8

(22)申请日 2017.02.08

(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2018.10.25

(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/CN2017/073099 2017.02.08

(87)PCT国际申请的公布数据
W02018/145264 ZH 2018.08.16

(71)申请人 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

地址 518055 广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦

(72)发明人 周述文 刘智光 何绪金

(74)专利代理机构 北京华进京联知识产权代理有限公司 11606

代理人 李姣姣


(51)Int.Cl.
A61B 8/00(2006.01)

(54)发明名称

超声医学检测设备及成像控制方法、成像系统、控制器

(57)摘要

一种超声医学检测设备及成像控制方法、成像系统、控制器，其设备用于根据一个超声成像参数建立多个离散备选项；在触摸显示屏(300)上按预置顺序间隔排列显示多个信息指示符(305)，一个信息指示符(305)与一个离散备选项关联对应；显示指示标识(302)，检测输入对象与触摸显示屏(300)的接触，调整指示标识(302)与多个信息指示符(305)之间的位置关系，重新设置超声成像参数。从而提升了用户操作的便利性，极大地提高了用户体验。



专利名称(译)	超声医学检测设备及成像控制方法、成像系统、控制器		
公开(公告)号	CN109069104A	公开(公告)日	2018-12-21
申请号	CN201780024746.8	申请日	2017-02-08
[标]申请(专利权)人(译)	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		
[标]发明人	周述文 刘智光 何绪金		
发明人	周述文 刘智光 何绪金		
IPC分类号	A61B8/00		
CPC分类号	A61B8/00		
代理人(译)	李姣姣		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

一种超声医学检测设备及成像控制方法、成像系统、控制器，其设备用于根据一个超声成像参数建立多个离散备选项；在触摸显示屏（300）上按预置顺序间隔排列显示多个信息指示符（305），一个信息指示符（305）与一个离散备选项关联对应；显示指示标识（302），检测输入对象与触摸显示屏（300）的接触，调整指示标识（302）与多个信息指示符（305）之间的位置关系，重新设置超声成像参数。上述设备提升了用户操作的便利性，极大地提高了用户体验。

