



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2018년10월01일
(11) 등록번호 10-1903074
(24) 등록일자 2018년09월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A61B 8/00 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A61B 8/4444 (2013.01)
A61B 5/0095 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-0107773
(22) 출원일자 2016년08월24일
심사청구일자 2016년08월24일
(65) 공개번호 10-2018-0022389
(43) 공개일자 2018년03월06일
(56) 선행기술조사문헌
JP2013027482 A*
(뒷면에 계속)

(73) 특허권자
울산과학기술원
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50
(72) 발명자
양준모
대전광역시 대덕구 한남로101번길 12 (오정동)
김채운
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 교수아파트 401동 1001호
(74) 대리인
리엔목특허법인

전체 청구항 수 : 총 10 항


심사관 : 한재균

(54) 발명의 명칭 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체를 포함하는 광음향-초음파 내시경 시스템과 그 구현 방법

(57) 요약

본 발명의 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경은 프로브와 프로브 구동유닛을 포함하며, 상기 프로브는 코어와 클래딩을 포함하는 광섬유 및 상기 광섬유와 동축으로 배치된 도전성 통로를 포함하는 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체, 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체의 한 쪽 끝에 배치되고, 레이저 빔을 피검체에 보내 피검체로부터 발생한 광음향-초음파 신호를 검출하는 스캐닝 팁 및 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체 및 상기 스캐닝 팁의 외부를 감싸는 플라스틱 카테터를 포함하고, 상기 도전성 통로는 상기 광섬유와 동축으로 배치된 부분을 포함하는 제1 도전성 통로 및 상기 광섬유와 동축으로 배치된 부분을 포함하고 상기 제1 도전성 통로와 절연된 제2 도전성 통로를 포함한다.

대표도 - 도1



(56) 선행기술조사문헌

JP2009183416 A*

JP2011072401 A*

JP2016093366 A*

JP2014518717 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1345242210

부처명 교육부

연구관리전문기관 한국연구재단

연구사업명 이공학개인지초연구지원

연구과제명 생체 접근형 초소형 광음향 현미경 시스템 개발

기여율 7/10

주관기관 울산과학기술원

연구기간 2015.11.01 ~ 2016.10.31

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1711030605

부처명 미래창조과학부

연구관리전문기관 한국연구재단

연구사업명 중견연구자지원

연구과제명 극저온에서의 물의 상전이와 물-단백질의 상호작용에 관한 연구

기여율 3/10

주관기관 울산과학기술원

연구기간 2015.11.01 ~ 2016.10.31

명세서

청구범위

청구항 1

프로브와 프로브 구동유닛을 포함하며,

상기 프로브는,

코어와 클래딩을 포함하는 광섬유 및 상기 광섬유와 동축으로 배치된 도전성 통로를 포함하는 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체;

상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체의 한 쪽 끝에 배치되고, 레이저 빔을 피검체에 보내 피검체로부터 발생한 광음향-초음파 신호를 검출하는 스캐닝 팁; 및

상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체 및 상기 스캐닝 팁의 외부를 감싸는 플라스틱 카테터;를 포함하고,

상기 도전성 통로는,

상기 광섬유와 동축으로 배치되고, 전기 신호를 전달하는 제1 도전성 통로; 및

상기 광섬유와 동축으로 배치되고, 전기 신호를 전달하며, 상기 제1 도전성 통로와 절연된 제2 도전성 통로를 포함하며,

상기 제1 도전성 통로 및 상기 제2 도전성 통로 중 적어도 하나는 토크 코일 세트에 구비되는, 광음향-초음파 내시경.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

제1항에 있어서, 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체는,

상기 제1 도전성 통로와 제2 도전성 통로 사이에 개재된 절연 코팅층을 포함하는, 광음향-초음파 내시경.

청구항 7

제1항에 있어서, 상기 클래딩은,

광파를 전파할 수 있는 제1 클래딩 및 상기 제1 클래딩을 둘러싸는 제2 클래딩을 포함하는, 광음향-초음파 내시경.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 프로브는,
 상기 도전성 통로와 전기적으로 연결된 회전 트랜스포머;를 포함하고,
 상기 프로브 구동유닛은,
 상기 회전하는 광섬유에 광 에너지를 전달하는 광입력기; 및
 상기 회전 트랜스포머와 전기적으로 연결된 초음파 펄서-리시버;를 포함하는, 광음향-초음파 내시경.

청구항 9

제8항에 있어서, 상기 회전 트랜스포머는,
 상기 도전성 통로와 전기적으로 연결된 1차 코일부; 및
 상기 1차 코일부와 대향하며, 상기 초음파 펄서-리시버와 전기적으로 연결된 2차 코일부를 포함하는 광음향-초음파 내시경.

청구항 10

제1항에 있어서,
 상기 플라스틱 카테터 내부에 배치되는 메쉬형 보강체를 더 포함하는, 광음향-초음파 내시경.

청구항 11

제1항에 있어서,
 상기 프로브는 유체주입구를 더 포함하는, 광음향-초음파 내시경.

청구항 12

제1항에 있어서,
 상기 플라스틱 카테터를 둘러싸며, 가이드 카테터 유체주입구를 포함하는 가이드 카테터 및
 상기 가이드 카테터 유체주입구에 삽입되는 가이드 와이어를 더 포함하는, 광음향-초음파 내시경.

청구항 13

제1항에 있어서,
 상기 광섬유에 광간섭 단층촬영을 위한 광파를 제공하는 OCT용 광원을 더 포함하는, 광음향-초음파 내시경.

청구항 14

프로브와 프로브 구동유닛을 포함하며,
 상기 프로브는,
 코어와 클래딩을 포함하는 광섬유 및 상기 광섬유와 동축으로 배치된 도전성 통로를 포함하는 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체;
 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체의 한 쪽 끝에 배치되고, 레이저 빔을 피검체에 보내 피검체로부터 발생한 광음향-초음파 신호를 검출하는 스캐닝 팁; 및
 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체 및 상기 스캐닝 팁의 외부를 감싸는 플라스틱 카테터;를 포함하고,
 상기 도전성 통로는,
 상기 광섬유와 동축으로 배치되고, 전기 신호를 전달하며, 단면이 U자형으로 형성된 제1 도전성 통로; 및
 상기 광섬유와 동축으로 배치되고, 전기 신호를 전달하며, 단면이 역 U자형으로 형성되어 상기 제1 도전성 통로와 절연된 제2 도전성 통로를 포함하는, 광음향-초음파 내시경.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 현재 임상에서 쓰이고 있는 초음파 내시경과 같이 가늘고 긴 프로브 형태로 구현되어 피검체 내부에 삽입, 그 주변의 단층 이미지를 제공할 수 있는 의료용 단층촬영 내시경 장치에 관한 것이다. 피검체 내부의 단층 이미지를 얻는데 있어서는 광음향 이미징(photoacoustic imaging) 원리가 적용되었으며, 본 발명이 제시하는 내시경 시스템을 이용하면 선행 시스템들보다 월등히 향상된 프로브 유연성과 회전 균일성을 바탕으로 고품질의 광음향 단층 영상은 물론 전통적인 초음파 영상도 동시에 얻을 수 있다. 본 발명은 향후 소화기 질환이나 심혈관계 질환 진단과 같은 다양한 의료 영상 분야에 적용될 수 있다.

배경 기술

[0002] 본 발명은 현재 임상에서 쓰이고 있는 초음파 기반 미니 프로브(일명 endoscopic ultrasound mini-probe)나 혈관 진단용 카테터 프로브(일명 intravascular ultrasound catheter) 등과 유사한 방식으로 소화기나 심혈관계 진단과 같은 의료 영역에 적용함을 목적으로 개발한 광음향 내시경술(photoacoustic endoscopy) 분야의 단층촬영 내시경 시스템에 관한 것이다.

[0003] 광음향 내시경술이란 작은 직경의 프로브를 피검체에 삽입한 후, 관심 부위에 매우 짧은 (통상 1 μs 이하) 펄스폭을 갖는 전자기파를 순간적으로 조사하여 초음파 신호를 발생시키고, 그렇게 발생된 신호들을 일정 영역에 걸쳐 획득(즉, 스캔)하여 조직 내부의 단층 이미지를 얻는 내시경 기술(tomographic endoscopy)을 말한다.

[0004] 어떻게 생체 조직에 조사된 전자기파가 초음파 신호로 바뀌는지에 대한 전반적 원리는 광음향 효과(photoacoustic effect)라는 이름으로 1880년대부터 알려져 왔으나, 실제 이 원리를 바탕으로 생체조직 등과 같은 피검체로부터 단층 이미지를 얻는 것은 큐스위치 레이저(Q-switched laser)와 같은 펄스형 광원(pulsed light source)이 상용화된 후인 1990년대 초반이었는데, 이후 보다 다양한 의학적 응용 가능성이 보이면서 그간 여러 종류의 시스템 형태로 구현되었다. 보다 넓은 의미에서 광음향 효과를 바탕으로 조직 내의 단층 이미지를 얻는 기술은 광음향 이미징(photoacoustic imaging) 또는 광음향 단층촬영술(photoacoustic tomography)이라는 용어로 총칭되고 있다.

[0005] 광음향 이미징 기술이 현재 의료 영상 분야에서 큰 주목을 받는 이유는 실제 임상 현장에서 적용할만한 수준의 영상 깊이와 분해능, 영상 속도, 그리고 안전성 문제 등과 같은 여러 기술 조건을 만족시키는 물론 기존의 기술이 제공하지 못하는 새롭고 유용한 영상 정보를 제공하기 때문이다. 본 발명은 이 광음향 이미징 기술의 내시경적 응용과 관련된 것으로 기존에 제안된 광음향 내시경 시스템들의 문제점들을 개선할 수 있는 보다 진보된 형태의 장치 구성과 작동 원리 및 그 구현 방법을 제공하는 데 있다.

[0006] 이미 잘 알려진 일반적인 형태의 광음향 이미징 시스템(즉, 내시경에만 국한되지 않는)의 경우처럼, 광음향 내시경 시스템을 구현하기 위해서는 펄스형 전자기파를 생성해주는 광원부(light source), 피검체에 가까이 접근하여 광음향 단층 신호를 획득해 주는 영상 프로브(imaging probe), 그리고 획득한 단층 신호를 처리하여 사용자에게 제시하는 데이터 처리 및 제시 장치(data processor and displayer)라는 세 가지 장치 요소가 필요하다. 하지만 내시경술이라는 특수한 응용 목적을 달성하기 위해서는 영상 프로브가 매우 작거나 가늘고 긴 형태로 구현되어야 한다는 것이 가장 차별되는 기술 조건이다.

[0007] 그래서 그간 이러한 형태 및 기능적 조건을 만족시킬 수 있는 다양한 종류의 광음향 내시경 프로브가 제안되긴 하였으나, 여러 까다로운 시스템 요구 조건으로 인해 실제 임상 현장에 적용될 수 있는 일종의 상업화된 광음향 내시경 시스템은 아직까지 개발된 바 없다. 광음향 내시경 시스템이 성립되기 위해서는 광소자와 초음파 소자를 프로브라는 작은 공간 안에 효과적으로 통합 배치시키고, 일련의 스캔 방법을 적용하여 단층 이미지를 얻을 수 있게 하는 것이 핵심 요구 조건이다. 이에 본 발명에서는 피검체에 삽입되어 광음향 단층 신호를 획득하는 영상 프로브 부분에 대해 선행 기술보다 훨씬 효과적으로 영상을 얻을 수 있는 프로브 구조를 제안하고자 한다.

[0008] 광음향 내시경이 펄스형 전자기파로 초음파를 발생시켜 이미지를 얻는다는 차별된 특성을 갖고 있으나, 이 기술 역시 초음파를 매개로 하여 영상에 필요한 신호를 획득한다는 측면에서 현재 임상에서 쓰이고 있는 초음파 내시경(endoscopic ultrasound: EUS)과 매우 밀접한 관련이 있다. 즉, 쉽게 생각하면, 광음향 내시경은 기존의 초음파 내시경 기술이 갖고 있는 시스템 요소들에 광 또는 전자기파 전달 및 발사 기능이 추가된 것이라고 볼 수도 있으며, 또 이러한 시스템 구성상의 특성으로 인해 대부분의 광음향 내시경 시스템들은 광음향 이미지는 물론

기존의 초음파 이미지를 동시에 제공해줄 수 있다.

- [0009] 그러므로 광음향 내시경 프로브에 있어서, 일단 전자기파(일반적으로 레이저 빔)를 전달하여 피검체 방향으로 발사하는 부위는 제외시키고 초음파 검출부에 대한 구성 방법만을 생각하면, 현재 임상용 초음파 내시경(EUS) 기기들에 사용되고 있는 단일 초음파 트랜듀서(single-element ultrasonic transducer) 기반 기계적 스캔(mechanical scanning) 방식과 배열형 트랜듀서(array transducer)에 기반 전기적 스캔(electronic scanning) 방식이 모두 적용될 수 있다. 그럼 각각의 스캔 방식을 적용할 경우 어떠한 장단점을 갖고 있는지 간단히 살펴본다.
- [0010] 먼저 후자를 적용할 경우는 다수의 트랜듀서 소자들을 바탕으로 단 하나의 레이저 펄스만을 이용하여 2차원 혹은 3차원 단층 이미지 구성에 필요한 데이터를 여러 채널을 통해 동시에 획득할 수 있다는 장점이 있다. 즉, 센서나 프로브의 위치를 공간적으로 옮겨가지 않고도, 단 1회의 레이저 펄스 발사를 통해, 일정 영역에 대한 단층 이미지를 얻을 수 있다는 것이다. 하지만 전자에 비해 기기의 소형화가 상대적으로 어려워 여러 채널 간의 혼신(cross talk) 등과 같은 문제가 발생하고, 시스템 구현에 필요한 비용도 높다는 단점이 있을 수 있다. 그래서 배열형 트랜듀서의 바로 이러한 문제 때문에 현재 임상에서 사용되고 있는 초음파 내시경(EUS) 분야에서는 고도의 소형화가 필요하지 않은 소화기 진단용 내시경 기기에 주로 적용되고 있다 (물론 초음파 내시경 기기에 있어서는 레이저 펄스 등을 발사하는 일이 필요하지 않다).
- [0011] 이에 반해 전자를 적용할 경우는, 내시경 프로브 내에 특정 방향으로부터 진행해 오는 신호만을 검출할 수 있는 단 하나의 초음파 트랜듀서가 장착되어 있는 관계로, 2차원 이상의 단층 이미지를 얻기 위해서는 레이저 펄스를 발사하고 그로 인해 발생된 초음파 신호를 검출하는 일련의 과정을 물리적 위치를 바꾸어(일반적으로 회전) 가며 되풀이해야 하는 단점이 있다. 하지만 하나의 초음파 트랜듀서가 차지하는 공간이 그다지 크지 않기 때문에 아주 작고 가는 형태로 구현이 가능하며, 기기 구성에 필요한 비용도 상대적으로 저렴하다는 장점이 있을 수 있다. 그래서 이러한 이유로 인해 초음파 내시경(EUS) 분야에서는 혈관 진단용 초음파(intravascular ultrasound: IVUS) 카테터 프로브나, 비디오 내시경(video endoscope)의 장비 채널(instrument channel 또는 accessory channel)에 삽입하여 사용할 수 있는 미니 프로브(즉, EUS mini-probe) 등과 같이 프로브 전체 직경이 1 mm 내지 3 mm 이내인 초소형 내시경 기기에 많이 적용되고 있다.
- [0012] 이러한 각각의 장단점으로 인해 그간 광음향 내시경술 분야에서도 이들 두 초음파 검출 방식들을 적용한 다양한 시스템들이 제안 되었는데, 이중 본 발명과 관련이 있는 단일 초음파 트랜듀서 기반 기계적 스캔 방식을 채택하는 선행기술의 대표적 예시로는, 선행문헌 1(미국 공개특허 제2011-0021924호), 선행문헌 2(미국 공개특허 제2011-0275890호), 선행문헌 3(Journal of Biomedical Optics 19(6), 066001(2014)), 선행문헌 4(PloS One 9(3), e92463 (2014)) 등이 있다.
- [0013] 위의 네 가지 문헌들에 개시된 내시경 시스템들은 모두 빛을 전달하기 위한 광섬유 끝에 체결된 광조명부와 발생된 초음파를 검출하기 위한 단수(single)의 초음파 트랜듀서를 프로브 말단 부위에 위치시키고 소정의 회전운동을 통하여 이미지를 얻는 기계적 스캔 방법을 채택하고 있다. 하지만 그 광섬유와 광조명부, 그리고 초음파 트랜듀서를 배치시키는 방법과 이들의 적절한 조합 및 구동을 통해 이미지를 얻는 세부적 스캐닝 방식에 있어서는 상당한 차이가 있다.
- [0014] 먼저 선행문헌 1에 개시된 내시경 시스템의 경우는 기존의 초음파 기반 IVUS 카테터 프로브와 유사하게 단수의 초음파 트랜듀서를 스캐닝 팁(scanning tip)에 설치하고 토크 코일(torque coil)이라 불리는 기계적 요소를 이용하여 시스템 기부에서부터 스캐닝 팁까지 동력을 전달함으로써 회전 스캔을 수행하는 방식이다 (사실 내시경 프로브 중심부에 상업용 IVUS 카테터를 그대로 가져다 배치시켰다고 볼 수 있음). 물론 광음향 이미징을 성취하기 위하여 빛을 전달할 수 있는 다수의 광섬유들을 그 IVUS 카테터 주변에 일정한 간격으로 배치시켰는데, 이러한 구조로 인해 중심에 놓인 초음파 트랜듀서는 물리적 회전을 하는 반면 플라스틱 카테터 주변에 설치된 광섬유들은 그 기부 지점까지 정적으로 연결되었다는 것이 가장 큰 특징이다. 그러나 이 구조는 프로브 구간에 다수의 광섬유를 배치하여 그 유연성이 높지 않고 광조명 또한 360° 전 방향에 대해 균일하지 않다는 단점이 있다.
- [0015] 이에 반해 선행문헌 2 내지 선행문헌 4의 내시경 시스템은 이러한 문제점이 없는 구조를 취하고 있으며, 각각 다음과 같은 특징이 있다.
- [0016] 선행문헌 2에 제시된 내시경 시스템의 경우는 빛과 초음파를 모두 반사시킬 수 있으며 물리적으로 회전 운동이 가능한 스캐닝 미러(scanning mirror)를 프로브 끝단에 배치하여 광섬유와 트랜듀서의 신호선 둘 다를 프로브 기부까지 정적으로(static) 연결시킨 점이 가장 큰 특징이자 장점이다. 하지만 이 경우 프로브 말단에 그 스캐

닝 미러를 구동할 수 있는 액추에이터를 장착해야 하기 때문에 말단 부위의 유연도가 많이 떨어진다는 문제점이 있다 (사실 이 유연성 저하 문제는 미니 프로브의 본래 목적과 상치되는 것으로 실제 임상에서 이용 시 많은 문제점을 야기할 수 있다).

[0017] 선행문헌 3의 내시경 시스템의 경우는 선행문헌 2의 내시경 시스템에서 파생된 것으로, 프로브 중심축을 따라 배치된 한 가닥의 광섬유만 회전시키고 초음파 트랜듀서와 그 전기 신호선은 플라스틱 카테터 바깥 표면을 따라 프로브 말단에서 기부까지 정적으로 결합시킨 것이 특징이다. 물론 이 방식을 적용함으로써, 프로브 말단 지점의 비유연 구간(rigid section)의 길이를 선행문헌 2의 내시경 시스템보다 월등히 줄일 수 있었긴 했으나, 각도상의 영상 영역(angular field-of-view)의 일부가 트랜듀서의 신호선에 의해 가려진다는 (즉, 사각지대 형성) 문제점과 더불어, 그 신호선으로 인해 프로브가 비대칭적 구조를 갖게 되어 (프로브 전체가 복잡한 형태로 휘어진 상황에서 회전 스캔을 할 경우) 스캐닝 팁의 회전 속도가 균일하지 않게 된다는 문제점을 갖고 있다.

[0018] 선행문헌 4의 내시경 시스템은 바로 이러한 측면들에 있어서 상당 부분 개선된 효과를 제공해 주는데, 일단 그 구조에 있어서는, 작은 크기의 초음파 트랜듀서와 광조명부를 프로브 말단 부위에 있는 스캐닝 팁에 설치하고, 앞서 언급한 초음파 트랜듀서로부터 전기 신호를 받아내는 신호선과 앞서 언급한 광조명부까지 레이저 빔을 전달하는 광섬유를 토크 코일(torque coil) 또는 플렉시블 샤프트(flexible shaft)라 불리는 유연하면서도 휠 수 있는 튜브 모양의 코일 내부에 설치, 결국 이들 전체를 프로브 기부에서 제공하는 동력으로 회전시켜(즉, 기부 발동 방식: proximal actuation mechanism) 회전 스캔을 하는 방식이다.

[0019] 사실 초음파 트랜듀서의 신호선과 광섬유 가닥을 병렬로 배치시켜 광음향 내시경을 구현하는 방법은 이미 1997년도에 선행문헌 5에 의해 제시되어 이후 여러 광음향 내시경 시스템에 적용되었으며(선행문헌 6, 선행문헌 7 및 선행문헌 8), 토크 코일이라는 기계 소자를 이용하여 물리적 회전력을 내시경 프로브의 기부에서부터 스캐닝 팁까지 전달하여 회전 스캔을 수행하는 방식 또한 초음파 기반 미니 내시경 프로브나 광간섭 단층촬영술(optical coherence tomography: OCT) 기반 내시경 프로브(즉, endoscopic OCT)에서 꾸준히 적용되어 온 기술이다 (선행문헌 9 및 선행문헌 10).

[0020] 바로 이러한 측면에서 현재 언급하는 토크 코일 기반 기부 발동 방식 광음향 내시경은 쉽게 생각하면 현재 임상에서 쓰이고 있는 단일 초음파 트랜듀서(single-element transducer) 기반, 기계적 스캐닝(mechanical scanning) 방식에 의해 작동하는 초음파 미니 프로브(EUS mini-probe)의 광음향 버전이라고 볼 수 있다. 하지만 이 초음파 미니 프로브와의 가장 큰 차이점은 바로 토크 코일 내부에 기존의 신호선 외에도 광 에너지 전달을 위한 광섬유 라인이 추가로 필요하고, 이 광 에너지와 전기 신호 모두를 프로브 기부에서 꼬임 없이 효과적으로 주고 받을 수 있는 시스템 성분이 필요하다는 데 있다. 즉, 선행문헌 4에 제시된 광음향 내시경 시스템과 같이 기부 발동 방식을 채택할 경우, 프로브 기부에 기존의 초음파 미니 프로브보다 훨씬 더 복잡한 구조의 회전 광-전기 결합부(즉, rotary optical and electrical junction)를 구성해야 하는 것이다.

[0021] 그럼에도 불구하고 이 기부 발동 방식은 관련 기술 분야에서 매우 중요하게 간주되고 있는데, 그 이유는 이 방식을 적용할 경우 해당 내시경 프로브의 카테터 전체 구간을 선행문헌 1 내지 선행문헌 3의 내시경 시스템보다 훨씬 더 유연하게 구현을 할 수 있다는 핵심적 장점이 있기 때문이다. 실제 이 유연성 문제는 비디오 내시경의 장비 채널에 삽입하여 사용하는 것을 주된 목적으로 하는 초음파 미니 프로브나 물리적으로 매우 연약한 성질을 갖는 혈관 내부를 진단하는 것을 주된 목적으로 하는 초음파 카테터 프로브 등에 있어서 가장 중요하게 고려되는 사항이어서, 해당 기기는 물론 이들과 유사한 응용 대상과 프로브 형태를 바탕으로 개발되고 있는 여러 광음향 내시경 시스템들(즉, 선행문헌 4 및 선행문헌 8) 상당수가 모두 이 기부 발동 방식을 채택하고 있는 실정이다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0022] (특허문헌 0001) 선행문헌 1: 미국 공개특허 제2011-0021924호 (2011.01.27.)
- (특허문헌 0002) 선행문헌 2: 미국 공개특허 제2011-0275890호 (2011.11.10.)
- (특허문헌 0003) 선행문헌 7: 미국 공개특허 제2011-0098572호 (2011.04.28.)
- (특허문헌 0004) 선행문헌 10: 미국 등록특허 제6134003호 (2000. 10.17.)

비특허문헌

- [0023] (비특허문헌 0001) 선행문헌 3: JM Yang, et al., "Catheter based photoacoustic endoscope", Journal of Biomedical Optics 19(6), 066001 (2014)
- (비특허문헌 0002) 선행문헌 4: X Bai, et al., "Intravascular optical-resolution photoacoustic tomography with a 1.1mm diameter catheter", PloS One 9(3), e92463 (2014)
- (비특허문헌 0003) 선행문헌 5: Oraevsky, et al., Proc. SPIE, 2979, 59 (1997)
- (비특허문헌 0004) 선행문헌 6: Viator, et al., "Design and testing of an endoscopic photoacoustic probe for determination of treatment depth after photodynamic therapy", Proc. SPIE 4256, 16-27 (2001)
- (비특허문헌 0005) 선행문헌 8: Da Xing, et al., "Characterization of lipid-rich aortic plaques by intravascular photoacoustic tomography", Journal of the American college of cardiology 64(4), 385-390 (2014)
- (비특허문헌 0006) 선행문헌 9: G. J. Tearney, et al., "Scanning single-mode fiber optic catheter-endoscope for optical coherence tomography", Optics Letters 21(7), 543-545 (1996)
- (비특허문헌 0007) 선행문헌 11: JM Yang, et al., "Simultaneous functional photoacoustic and ultrasonic endoscopy of internal organs in vivo," Nature Medicine 18(8), 1297 (2012).

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0024] 그런데 이와 같은 토크 코일 기반 기부 발동 방식을 채택하는 기존 광음향 내시경 시스템(즉, 선행문헌 4, 7, 8)은 모두 광섬유와 신호선을 토크 코일 내부에 단순히 병렬로 배치시키기만 하여, 기계적 회전력을 기부로부터 스캐닝 팁까지 균일하게 전달하지 못하는 문제점이 있었다. 실제 이 문제는 관련 내시경 프로브가 굴곡이 심한 좁은 통로에 삽입된 상황에서 회전 스캔할 경우 특히 더 큰 문제가 되는데, 기존의 프로브들은 모두 토크 코일의 회전 중심축을 기준으로 광섬유와 신호선이 회전 대칭적 구조를 갖고 있지 않아, 굴곡이 심한 상황에서는 프로브 말단의 스캐닝 팁까지 동력이 균일하게 전달되지 못하여 결과적으로 이미지의 품질이 저하되는 주된 원인으로 작용해왔다.
- [0025] 만약 토크 코일의 기부 지점이 어떤 특정 각도만큼 회전했는데, 그의 반대 끝에 있는 스캐닝 팁이 동일한 각도만큼 회전하지 않는 문제를 갖고 있고, 또한 이러한 편차가 프로브의 굴곡이 시시각각 바뀔 때마다 크게 변한다면, 획득한 이미지에 대한 신뢰도 저하는 물론 여러 장의 2차원 단층 이미지를 바탕으로 3차원 이미지를 구성하는 것 자체가 불가능하게 됨은 자명하다. 그래서 관련 분야에서는 이 스캐닝 팁의 비균일 회전을 non uniform rotational distortion(NURD) 이라는 지정 용어를 사용하며 매우 심도 있게 고려해왔는데, 기존의 그 어떤 광음향 내시경 시스템도 프로브 전 구간에 대한 유연성 및 스캐닝 팁 운동의 균일성이라는 두 가지 핵심 요소를 모두 만족시키지 못하고 있는 실정인 것이다.
- [0026] 이러한 핵심적 문제 외에도, 토크 코일 기반 기부 발동 방식을 채택하고 있는 선행문헌 4에 개시된 내시경 시스템과 그와 유사한 부류의 광음향 내시경 시스템들은 모두 기존의 소화기 진단용 초음파 미니 프로브나 혈관 진단용 초음파 카테터 프로브 등이 갖추고 있는 플라스틱 카테터(catheter) 혹은 시쓰(sheath)라 불리는 일종의 보호 덮개 등의 요소를 구비하지 않고 있어, 프로브 내의 스캐닝 팁이 물리적으로 회전할 때 어떻게 그를 피검체로부터 격리시켜 피검체를 보호할 수 있는지에 대한 구체적인 구조와 방법을 제공하지 못했다. 그리고 이러한 가장 기본적인 기능 외에도 스캐닝 팁 전체를 플라스틱 카테터로 덮는 일은 기술적으로 매우 중요한 부분인데, 그 이유는 비디오 내시경의 장비 채널에 삽입하는 방식으로 사용하기 위해 개발된 기존의 초음파 미니 프로브처럼, 유사 방식으로 사용하기 위해 개발되고 있는 광음향 내시경 프로브의 경우도, 해당 프로브 속에 적절한 매칭 유체를 채워 넣고 이를 영구적으로 봉인을 해야 하기 때문이다. 하지만 선행 광음향 내시경 시스템들(선행문헌 4 내지 8)의 경우는 어떻게 스캐닝 팁과 토크 코일 전구간을 플라스틱 카테터로 덮을 수 있을지에 대한 구체적인 구조와 방법을 제시하지 못한 실정이다.
- [0027] 다시 말해 토크 코일 기반 기부 발동 방식 광음향 내시경 시스템에 있어서는 물리적으로 회전 운동을 하는 토크

코일과 스캐닝 팁 전체를 플라스틱 카테터 등으로 적절히 밀폐시키고 또 프로브의 기부에서 회전 광-전기 결합부를 효과적으로 구현하는 것도 매우 중요한 문제인데, 선행문헌들에서는 이 부분에 대한 구체적인 방법을 제시하지 못한 것이다.

과제의 해결 수단

- [0028] 본 발명의 일 실시예는 프로브와 프로브 구동유닛을 포함하며, 상기 프로브는, 코어와 클래딩을 포함하는 광섬유 및 상기 광섬유와 동축으로 배치된 도전성 통로를 포함하는 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체, 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체의 한 쪽 끝에 배치되고, 레이저 빔을 피검체에 보내 피검체로부터 발생한 광음향-초음파 신호를 검출하는 스캐닝 팁 및 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체 및 상기 스캐닝 팁의 외부를 감싸는 플라스틱 카테터를 포함하고, 상기 도전성 통로는 상기 광섬유와 동축으로 배치된 부분을 포함하는 제1 도전성 통로 및 상기 광섬유와 동축으로 배치된 부분을 포함하고, 상기 제1 도전성 통로와 절연된 제2 도전성 통로를 포함하는 광음향-초음파 내시경을 제공한다.
- [0029] 상기 제1 도전성 통로는 상기 광섬유를 감싸도록 구비되고, 상기 제2 도전성 통로는 상기 제1 도전성 통로와 동축으로 상기 제1 도전성 통로를 감싸도록 구비될 수 있다.
- [0030] 상기 제1 도전성 통로 및 상기 제2 도전성 통로 중 적어도 하나는 튜브형으로 구비될 수 있다.
- [0031] 상기 제1 도전성 통로 및 상기 제2 도전성 통로 중 적어도 하나는 코일 형태로 상기 광섬유의 외측에 위치하도록 구비된 토크 코일 세트를 포함할 수 있다.
- [0032] 상기 제1 도전성 통로 및 상기 제2 도전성 통로는 상기 광섬유의 적어도 일부를 감싸도록 구비될 수 있다.
- [0033] 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체는, 상기 제1 도전성 통로와 제2 도전성 통로 사이에 개재된 절연 코팅층을 포함할 수 있다.
- [0034] 상기 클래딩은, 광파를 전파할 수 있는 제1 클래딩 및 상기 제1 클래딩을 둘러싸는 제2 클래딩을 포함할 수 있다.
- [0035] 본 발명의 다른 실시예는 프로브와 프로브 구동유닛을 포함하며, 상기 프로브는, 코어와 클래딩을 포함하는 광섬유 및 상기 광섬유와 동축으로 배치되며, 도전성 통로를 포함하는 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체, 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체의 한 쪽 끝에 배치되며, 레이저 빔을 피검체에 보내 피검체로부터 발생한 광음향-초음파 신호를 검출하는 스캐닝 팁, 상기 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체 및 상기 스캐닝 팁의 외부를 감싸는 플라스틱 카테터 및
- [0036] 상기 도전성 통로와 전기적으로 연결된 회전 트랜스포머를 포함하고, 상기 프로브 구동유닛은, 상기 회전하는 광섬유에 광 에너지를 전달하는 광입력기 및 상기 회전 트랜스포머와 전기적으로 연결된 초음파 펄서-리시버를 포함하는 광음향-초음파 내시경을 제공한다.
- [0037] 상기 회전 트랜스포머는, 상기 도전성 통로와 전기적으로 연결된 1차 코일부; 및 상기 1차 코일부와 대향하며, 상기 초음파 펄서-리시버와 전기적으로 연결된 2차 코일부를 포함할 수 있다.
- [0038] 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경은 상기 플라스틱 카테터 내부에 배치되는 메쉬형 보강체를 더 포함할 수 있다.
- [0039] 상기 프로브는 유체주입구를 더 포함할 수 있다.
- [0040] 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경은 상기 플라스틱 카테터를 둘러싸며, 가이드 카테터 유체주입구를 포함하는 가이드 카테터 및 상기 가이드 카테터 유체주입구에 삽입되는 가이드 와이어를 더 포함할 수 있다.
- [0041] 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경은 상기 광섬유에 광간섭 단층촬영을 위한 광파를 제공하는 OCT용 광원을 더 포함할 수 있다.
- [0042] 전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.

발명의 효과

- [0043] 상기한 바와 같이 광섬유 및 광섬유와 동축인 도전성 통로를 포함하는 본 발명의 일 실시예에 따르면, 완전한

회전 대칭구조를 취하고 있기 때문에 기존의 유사 부류 광음향 내시경들보다 월등히 향상된 프로브 유연성과 회전 스캔의 균일성을 갖게 되어 non-uniform rotational distortion (NURD) 문제를 효과적으로 해결할 수 있다. 물론 이러한 효과에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.

도면의 간단한 설명

- [0044] 도 1은 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경의 구성을 개략적으로 나타낸 모식도다.
- 도 2는 도 1의 II - II' 선을 따라 취한 단면도이다.
- 도 3은 다른 실시예에 따른 도파관 집합체를 포함하는 광음향-초음파 내시경의 구성을 개략적으로 나타낸 모식도다.
- 도 4는 도 3의 A 부분의 도파관 집합체의 구체적인 구성을 나타낸 모식도이다.
- 도 5는 도 4의 도파관 집합체를 실제로 구현한 사진이다.
- 도 6는 일 실시예에 따른 도파관 집합체의 구성을 나타낸 모식도 및 이의 단면도이다.
- 도 7는 다른 실시예에 따른 도파관 집합체의 구성을 나타낸 모식도 및 이의 단면도이다.
- 도 8은 일 실시예에 따른 광섬유를 나타낸 모식도 및 이의 단면도이다.
- 도 9는 일 실시예에 따른 플라스틱 카테터의 구성을 나타낸 모식도이다.
- 도 10은 일 실시예에 따른 혈관 삽입 내시경으로 사용하기 위한 플라스틱 카테터의 형태 및 유체 주입 방법을 보여주는 모식도이다.
- 도 11은 일 실시예에 따른 가이드 와이어(guiding wire)를 사용하기 위한 플라스틱 카테터의 구성과 풀백 스캔(pullback scan)을 수행하기 위한 모식도이다.
- 도 12는 일 실시예에 따른 프로브 기부 및 구동부의 구성을 나타낸 모식도이다.
- 도 13은 광음향-초음파 내시경 프로브, 프로브 구동유닛 및 이 둘을 구동하고 통제하기 위한 시스템 콘솔을 보여주는 개념도이다.
- 도 14는 도 13에서 제시한 광음향-초음파 영상 모드(imaging mode)에서 한 단계 더 나아가 광음향-초음파-OCT 삼중 영상 모드를 구현하기 위한 시스템 요소들과 그들의 연결 관계를 보여주는 개념도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0045] 본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명의 효과 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
- [0046] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 도면을 참조하여 설명할 때 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도 부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
- [0047] 이하의 실시예에서, 제1, 제2 등의 용어는 한정적인 의미가 아니라 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하는 목적으로 사용된다.
- [0048] 이하의 실시예에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
- [0049] 이하의 실시예에서, 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.
- [0050] 이하의 실시예에서, 어떠한 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다"고 할 때, 이는 그 다른 구성요소와 직접적으로 연결되는 것뿐만 아니라, 또다른 구성요소에 의해 간접적으로 연결되는 경우도 포함한다.
- [0051] 도 1은 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경의 구성을 개략적으로 나타낸 모식도이다.
- [0052] 도 1을 참조하면, 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경은, 프로브(200)와 프로브 구동유닛(100)을 포함하며, 프로브(200)는 코어(241Co, 도 7)와 클래딩(241Cd, 도 7)을 포함하는 광섬유(241) 및 광섬유(241)와 동축으로

배치된 도전성 통로(CP)를 포함하는 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체(240), 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체(240)의 한 쪽 끝에 배치되고, 레이저 빔을 피검체에 보내 피검체로부터 발생한 광음향-초음파 신호를 검출하는 스캐닝 팁(250) 및 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체(240) 및 스캐닝 팁(250)의 외부를 감싸는 플라스틱 카테터(220)를 포함하고, 도전성 통로(CP)는, 광섬유(241)와 동축으로 배치된 부분을 포함하는 제1 도전성 통로(242) 및 광섬유(241)와 동축으로 배치된 부분을 포함하고 제1 도전성 통로(242)와 절연된 제2 도전성 통로(243)를 포함한다.

- [0053] 본 발명에서는 종래기술이 가지는 문제를 해결하기 위하여 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체(240, 이하, 도파관 집합체)와 회전형 광-전자기 결합기(102, 241, 211)를 핵심 개념으로 하는 광음향-초음파 내시경 프로브(200)와 그를 구동하기 위한 프로브 구동유닛(100)을 개시한다.
- [0054] 도파관 집합체(240)와 회전형 광-전자기 결합기(102, 241, 211)라는 개념은 도 1에 제시된 광음향-초음파 내시경 프로브(200) 내에서 가늘고 기다랗게 형성된 플라스틱 카테터(220)라 불리는 피검체에 삽입되는 플렉시블(flexible)한 구간 내부와 프로브 기부(210) 지점에서 프로브 구동유닛(100)과 연결되는 부위에 각각 적용된다.
- [0055] 도 1을 참조하면, 광음향-초음파 내시경 프로브(200)는 플라스틱 카테터(220)가 감싸고 있는 부분과 프로브 기부(210)라는 명칭으로 포괄된 부분, 즉 물리적으로는 기부 프레임(216)이 감싸고 있는 부분으로 나뉜다. 이 중 플라스틱 카테터(220)가 감싸고 있는 구간은 물리적으로 유연함은 물론, 매우 가늘고 긴 관(tube) 구조 형태로 구성되어 있어 좁고 굴곡진 통로를 통해서만 접근할 수 있는 피검체에 효과적으로 삽입될 수 있다.
- [0056] 또한 이 플라스틱 카테터(220)는 그 내부 공간을 따라 배치된 도파관 집합체(240)와 스캐닝 팁(250)을 외부 공간과 차단하고 그 내부에 고립시켜 이들(240, 250)이 피검체에 직접 닿지 않게 하는 역할을 수행한다. 동시에, 플라스틱 카테터(220)는 그 내부에 채워진 매칭 유체(230)가 밖으로 새어나가지 않게 가두는 역할도 수행할 수 있다. 그리고 플라스틱 카테터(220)의 재질에 있어서는, 그 벽면을 통해 레이저 빔과 초음파 신호가 통과하기 때문에, 광파와 음파가 모두 다 잘 통과할 수 있는 폴리머 계열의 소재를 사용하는 것이 바람직하다.
- [0057] 플라스틱 카테터(220)의 내부 공간을 채우고 있는 매칭 유체(230)는 디아이 워터(deionized water)와 같은 초순도 물을 이용할 수도 있으나, 저점도의 실리콘 오일(silicone oil) 등과 같이 생체 친화적이며 반영구적으로 사용할 수 있는 물질을 이용하는 것이 바람직하다. 만약 매칭 유체(230)가 물(water)인 경우, 매칭 유체(230) 속에 함께 잠입되는 도파관 집합체(240)의 두 도전성 통로(이에 대해서는 후술함)를 전기적으로 확실하게 절연시키는 것이 중요하다.
- [0058] 플라스틱 카테터(220)는 가늘고 긴 관 구조 형태로 구성되어 있어 좁고 굴곡진 통로를 통해서만 접근할 수 있는 피검체에 효과적으로 삽입될 수 있다. 그래서 플라스틱 카테터(220)의 직경은 약 1 mm 이상 약 3 mm 이하이고, 전체 길이는 약 0.5 m 이상 약 3 m 이하로 형성될 수 있다.
- [0059] 플라스틱 카테터(220)로 덮여 있는 프로브의 내부에는 도파관 집합체(240)가 프로브 기부(210)에서부터 스캐닝 팁(250)까지 길게 확장된 형태로 배치되어 있다. 도파관 집합체(240) 역시 물리적으로 유연한 특성을 가지고 있으며, 압전소자(251)에 의해 검출된 광음향-초음파 전기 신호를 전달하는 역할도 수행한다.
- [0060] 도파관 집합체(240)의 한 쪽 끝에는 스캐닝 팁(250)이 배치된다. 스캐닝 팁(250)은 도파관 집합체(240) 내의 광섬유(241)를 통해 전달된 레이저 빔이나 압전소자(251)에 의해 발생한 초음파 펄스를 피검체에 보내고, 또 그로 인해 피검체 내에서 발생한 광음향 신호나 피검체로부터 반사되어 돌아오는 초음파 신호를 검출하는 역할도 수행한다. 스캐닝 팁(250)은, 도파관 집합체(240)에 있는 광섬유(241)를 통해 전달된 레이저 빔을 목표 지점으로 반사시켜 주는 광반사기(252), 매우 짧은 초음파 펄스를 발생시키거나 피검체로부터 발생한 초음파 신호를 검출하는 압전소자(251), 음파의 불규칙한 반사로 인해 발생한 음향 잡음을 없앨 수 있는 흡음층(253) 및 상기 요소들(251, 252, 253)을 감싸는 메탈 케이싱(254)을 포함할 수 있다.
- [0061] 도파관 집합체(240)의 다른 쪽 끝에는, 도파관 집합체(240)를 감싸며 프로브 구동유닛(100)으로부터 회전력을 전달받는 프로브 기부(210)가 배치된다. 프로브 기부(210)는 기부 기어(217), 회전 트랜스포머(211), 볼 베어링 모듈(212), 오링형 기밀부(213), 관통형 샤프트(214), 예폭시 충전부(215) 및 상기 구성요소(211, 212, 213, 214, 215, 217)를 감싸고 있는 기부 프레임(216)을 포함할 수 있다.
- [0062] 기부 기어(217)는 프로브 구동유닛(100)으로부터 회전력을 전달받아 이를 도파관 집합체(240)에 전해주는 역할을 수행한다. 회전 트랜스포머(211)는 프로브 기부(210)에 위치하면서 초음파 펄서-리시버(101)로부터 발생한 전기 펄스를 받아 압전소자(251)로 보내거나 그 반대로 압전소자(251)에서 발생한 전기 신호를 초음파 펄서-리시버(101)로 보내는 중계 역할을 수행할 수 있다. 물론 이 두 과정에서 언급한 모든 전기 신호는 도파관 집합체

(240)를 경유한다.

- [0063] 오링형 기밀부(213)는 플라스틱 카테터(220)의 내부를 채우고 있는 매칭 유체(230)가 밖으로 새어지 나오지 않게 하는 역할을 수행한다. 볼 베어링 모듈(212)은 관통형 샤프트(214)가 안정적 위치에서 매끄럽게 회전할 수 있는 기계적 조건을 제공하는 역할을 수행할 수 있다.
- [0064] 프로브 구동유닛(100)은 광음향-초음파 프로브(200)와 분리될 수 있는 물리적으로 독립적인 단위이다. 프로브 구동유닛(100)은 회전 트랜스포머(211)로 전기 신호를 보내거나 받을 수 있고 또한 수신된 전기 신호를 증폭할 수도 있는 초음파 펄서-리시버(101), 회전하는 광섬유(241)에 레이저 펄스를 입력시켜주는 역할을 하고 또 광섬유(241)와 연계하여 소위 회전 광결합부(optical rotary junction)를 형성하는 광입력기(102), 도파관 집합체(240)에 회전력을 전달해주기 위한 구동 기어(103), 구동 기어(103)에 체결된 액추에이터(104) 및 액추에이터(104)를 통제하기 위한 액추에이터 드라이버(105) 등을 포함할 수 있다. 이에 대하여는 후술한다.
- [0065] 물론 도 1에 제시된 발명의 구성 요소는 본 발명을 통해 도출된 주요 결과를 설명하는데 필요한 핵심 요소만을 제시한 것일 뿐, 상식적인 수준에서 자명하게 요구되는 시스템 요소들은 경우에 따라 추가될 수 있다. 가령 말단 메탈 케이싱(254)의 경우 하나가 아닌 여러 피스(piece)로 구성될 수 있다.
- [0066] 이하 도파관 집합체(240)에 포함되는 광섬유(241) 및 도전성 통로(CP)에 대해 설명한다.
- [0067] 도 2는 도 1의 II - II' 선을 따라 취한 단면도이다.
- [0068] 도 2를 참조하면, 광섬유(241)는 일반적으로 코어와 클래딩 구조를 기본으로 갖추고 있으며 그 바깥에 폴리머 등과 같은 소재로 된 보호 코팅층(241PCL)이 포함될 수 있다. 광섬유(241)의 바깥에는, 광섬유(241)와 동축으로 배치되고 광섬유(241)를 감싸며, 전기 신호를 전달하는 도전성 통로(conductive path, CP)가 배치된다. 도전성 통로(CP)는 광섬유(241)와 동축으로 배치된 부분을 포함하는 제1 도전성 통로(242) 및 광섬유(241)와 동축으로 배치된 부분을 포함하고, 제1 도전성 통로(242)와 절연된 제2 도전성 통로(243)를 포함한다.
- [0069] 본 발명에서는 이 세 요소들(241, 242, 243) 모두가 도파관 집합체(240)의 회전 중심축이라는 하나의 기준점에 대해 동축적 구조로 배치되고 회전 운동시 이들 모두가 일체가 되어 동일한 각속도로 회전 한다는 것이 핵심적 특징이다. 이에 대해서는 후술한다.
- [0070] 한편, 두 도전성 통로(242, 243)를 전기적으로 절연시키기 위해, 두 도전성 통로(242, 243)의 표면은 절연층(IL)으로 코팅될 수 있다. 상기 절연층(IL)은 폴리머를 포함할 수 있다. 또는, 두 도전성 통로(242, 243) 사이에 절연성 소재로 된 튜브(tube) 모양의 구조체가 추가적으로 배치될 수 있다.
- [0071] 도 1 및 도 2를 다시 참조하면, 도파관 집합체(240)의 중심에는 광섬유(241)가, 그 바깥쪽에는 제1 도전성 통로(242) 및 제2 도전성 통로(243)가 동축으로 배치되어 있다. 이러한 독특한 구조로 인해 가장 중심에 자리 잡고 있는 광섬유(241)는 빛을 전달하는 광 도파관 역할을 하며, 상기 두 도전성 통로(242, 243)는, 마치 동축 구조를 갖는 전기 케이블처럼, 고주파의 전기 신호를 매우 효과적으로 전달할 수 있는 일종의 라디오 주파수 대역의 전자기 도파관처럼 작용 하게 된다. 참고로 본 발명에서 다루는 전기 신호는 주로 0.1-100 MHz 대역에 놓여 있으며, 광섬유(241)의 경우는 다중 모드(multi-mode)나 단일 모드(single-mode) 또는 이들의 혼합된 형태들 중 원하는 응용 목적에 따라 선택적으로 설치될 수 있다.
- [0072] 도파관 집합체(240)는 앞서 설명한 광학적 그리고 전자기적 도파관 역할 외에도, 그 집합체를 구성하는 요소들(241, 242, 243)이 마치 통합된 하나의 새로운 기계 모듈이 된 것처럼, 역학적 회전력을 프로브 기부(210)에서부터 스캐닝 팁(250)까지 전달하는 일종의 플렉시블 샤프트(flexible shaft)와 같은 역할도 수행할 수 있다. 이러한 점은 종래 기술과 차별되는 또 다른 중요한 특징이다. 이러한 이유에서 제1 도전성 통로(242)와 제2 도전성 통로(243)는 물리적으로 잘 휘 수 있는 형태나 구조를 취하여야 한다. 가령, 광섬유(241)와 상기 두 도전성 통로 사이에 어느 정도의 물리적 간격을 두어 도파관 집합체(240)가 좀 더 유연하게 휘어지면서도 동시에 효과적인 회전력 전달이 가능한 그런 형태로 구현될 수 있다.
- [0073] 본 발명의 핵심은, 단일 초음파 트랜듀서 기반 기부 발동 방식 광음향 내시경 시스템에 있어서, 빛과 전기 신호는 물론 기계적 회전력을 동시에 전달할 수 있는 도파관 집합체(240)를 이용하는 데 있다. 이하 도파관 집합체(240)를 효과적으로 구현할 수 있는 구체적인 방법을 설명한다.
- [0074] 도 3은 일 실시예에 따른 도파관 집합체(240)의 구성 방법을 예시한 모식도며, 도 4는 도 3의 A 부분의 상세한 구성을 나타낸 모식도이고, 도 5는 도 4에 제시한 구조를 바탕으로 도파관 집합체(240)를 실 구현한 사진이다. 특히 도 3에서는 본 일 실시예를 바탕으로 구현한 도파관 집합체(240)가 광음향-초음파 내시경 프로브(200)라는

전체 시스템 내에서 어떻게 설치되고 전기적으로 연결되어야 하는지도 모식적으로 보여주고 있다.

- [0075] 앞서 설명하였듯이, 도파관 집합체(240)는 빛을 전달할 수 있는 광섬유(241), 광섬유(241)와 동축으로 배치된 부분을 포함하는 제1 도전성 통로 및 광섬유(241)와 동축으로 배치된 부분을 포함하고, 제1 도전성 통로와 절연된 제2 도전성 통로를 포함하는 도전성 통로(CP)를 포함한다.
- [0076] 일 실시예에 따르면, 제1 도전성 통로(244)는 광섬유(241)를 감싸도록 구비되고, 제2 도전성 통로(245)는 제1 도전성 통로(244)와 동축으로 제1 도전성 통로(244)를 감싸도록 구비될 수 있다. 즉 광섬유(241), 제1 도전성 통로(244)와 제2 도전성 통로(245)를 자른 단면은 도 2에 도시된 바와 같이 동심원 형태일 수 있다. 이 때, 제1 도전성 통로(244) 및 제2 도전성 통로(245) 중 적어도 하나는 튜브형으로 구비될 수 있다. 이 때 튜브형이란, 마치 속이 빈 관(tube) 형태의 제1 도전성 통로(244) 및/또는 제2 도전성 통로(245)가 일정한 두께로 광섬유(241)의 외면을 둘러싸는 것을 의미한다. 이 때 제1 도전성 통로(244) 및 제2 도전성 통로(245) 중 적어도 하나는 광섬유(241)의 표면에 도전성 물질을 예컨대 증착과 같은 방식으로 직접 코팅시켜 형성시킬 수 있다.
- [0077] 일 실시예에 따르면, 제1 도전성 통로(244)는 광섬유(241)를 감싸도록 구비되고, 제2 도전성 통로(245)는 제1 도전성 통로(244)와 동축으로 제1 도전성 통로(244)를 감싸도록 구비되며, 제1 도전성 통로(244) 및 제2 도전성 통로(245) 중 적어도 하나는 코일 형태로 광섬유(241) 외측에 위치하도록 구비된 토크 코일 세트를 포함할 수 있다.
- [0078] 도 4를 참조하면, 광섬유(241) 주변을 감싸는 제1 도전성 통로(244) 및 제2 도전성 통로(245)는 토크 코일 세트(244, 245)를 포함할 수 있다. 본 발명에서는 이 두 토크 코일 세트(244, 245)를 각각 안쪽 토크 코일 세트(244)와 바깥 토크 코일 세트(245)라 지칭한다. 여기서 각각의 명칭에 세트라는 표현을 붙인 이유는 각 토크 코일이 도 4에 표현한 것과 같이 한 겹(또는 층)으로 제작된 것만이 아니라 여러 겹의 토크 코일들이 포개져 이들 전체가 마치 하나의 단위(unit)로서 기능하는 형태를 취할 수도 있기 때문이다. 예컨대 도 5를 참조하면, 각 토크 코일 세트(244, 245)는 다수의 와이어들이 2층 구조를 형성한 방식으로 구성될 수 있다(단면도 참조). 이러한 구조는 일반적으로 1미터가 넘는 매우 긴 구간에 걸쳐 역학적 회전력을 보다 효과적으로 전달하는 데 이점이 있다. 한편, 주어진 공간이 제한되고 유연성이 더 중요한 상황이라면 각 토크 코일 세트(244, 245)는 도 4에 표현한 대로 한 층으로만 구성될 수 있다.
- [0079] 이 두 토크 코일 세트(244, 245) 각각의 전기 전도도를 높이기 위하여, 경우에 따라 그들의 표면은 전기 전도성이 높은 물질로 코팅 또는 도금될 수 있다. 그리고 안쪽과 바깥 토크 코일 세트(244, 245) 간의 전기적 절연을 위하여 각 토크 코일 세트의 가장 바깥쪽 표면을 폴리머 계열의 절연체로 코팅을 하거나 두 세트(244, 245) 사이에 또 다른 관구조의 폴리머 튜브를 삽입할 수 있다 (도 5의 244PT 참조). 물론 하나의 실시예에 있어서 이 두 방법을 모두 적용할 수 있다.
- [0080] 이상 도 5의 실시예를 중심으로 토크 코일 세트를 이용하여 도파관 집합체(240)를 구현하는 방법을 제시하였으나, 토크 코일 외에도 얇은 벽 두께를 갖는 두 개의 도전성 튜브 등을 서로 끼워 넣어 포개는 방식으로도 도파관 집합체(240)를 구현할 수 있다.
- [0081] 도 3을 다시 참조하면, 제1 도전성 통로로 기능하는 안쪽 토크 코일 세트(244)와 제2 도전성 통로로 기능하는 바깥 토크 코일 세트(245)는 각각 압전소자(251)의 두 전극에 연결되어 스캐닝 팁(250)으로부터 프로브 기부(210)에 있는 회전 트랜스포머(211)까지 전기가 흐르는 통로를 제공한다. 물론 도파관 집합체(240)에 포함되는 두 토크 코일 세트(244, 245)는 이들과 함께 회전을 하는 회전 트랜스포머(211)의 좌측 코일부(211-1)에 전기적으로 연결되어 있다.
- [0082] 도 6 및 도 7은 다른 실시예에 따른 도파관 집합체(240)의 구조를 보여주는 모식도이다.
- [0083] 도 6의 일 실시예에 따르면, 제1 도전성 통로(248) 및 제2 도전성 통로(249)는 광섬유(241)의 적어도 일부를 감싸도록 구비될 수 있다. 도 6의 도파관 집합체를 VI- VI' 선을 따라 자른 단면도를 참조하면, 도전성 통로(CP)는 U자형으로 생긴 제1 도전성 통로(248) 및 역 U자형으로 생긴 제2 도전성 통로(249) 두 부분으로 분리되어 있다. 두 부분으로 나뉜 제1 및 제2 도전성 통로(248, 249)는 각각 광섬유(241)의 일부를 감싼다. 이 경우 역시 두 도전성 통로(CP)는 광섬유(241)와 기하학적으로 동축 관계라는 기본적 특성을 유지하면서 전기 신호가 흐르는 통로를 제공하기 때문에, 비록 도파관 집합체가 휘어진 상태에 놓이더라도, 역학적 회전력을 매우 균일하게 전달할 수 있게 된다. 한편, 도전성 통로(CP)의 바깥층에는 매칭 유체(230)와의 접촉으로 인한 전기 누설을 막아주는 절연 코팅층(246)이 배치될 수 있다.
- [0084] 도 7을 참조하면, 일 실시예에 따른 도파관 집합체(240)는, 제1 도전성 통로(안쪽 도전층, 242)와 제2 도전성

통로(247) 사이에 개재된 절연 코팅층(246)을 포함할 수 있다. 즉, 도파관 집합체(240)는 광섬유(241)의 클래딩(241Cd) 표면 전체를 둘러싸며 튜브형으로 형성된 제1 도전성 통로(CP, 242), 그 바깥을 둘러싸는 절연 코팅층(246), 그리고 토크 코일 세트(247)로 구현된 제2 도전성 통로(CP, 247)가 안에서부터 차례대로 배치된 형태로 구성될 수 있다. 이 때 절연 코팅층(246)은 두 도전성 통로(242, 247)를 전기적으로 절연시키는 역할도 수행한다. 물론 이 실시예에서 제1 도전성 통로(242)는 광섬유(241)의 클래딩(241Cd) 표면 전체에 걸쳐 직접 코팅되는 방식으로 형성될 수 있다.

[0085] 이러한 도 6 및 도 7의 구조는 프로브의 전체 직경이 매우 작아야 하는 혈관 삽입 내시경 (intravascular imaging endoscope) 등에 적용되면 더욱 효과적일 수 있다.

[0086] 도 8은 일 실시예에 따른 광섬유(241)를 나타낸 모식도이다. 이 일 실시예에 따르면, 도파관 집합체(240)에 사용되는 광섬유는 빛을 전달할 수 있는 코어(241Co)와 제1 클래딩(241Cd-1)이라는 기본 구조 외에도 제1 클래딩(241Cd-1)을 둘러싸는 제2 클래딩(241Cd-2)을 포함할 수 있다.

[0087] 도 1에서는 다중 모드 광섬유나 단일 모드 광섬유 중 하나만을 선택한 광-전자기 도파관 집합체(240)를 개시하였다. 일반적으로 다중 모드 광섬유는 다량의 광에너지를 전달할 수 있는 장점이 있으며, 단일 모드 광섬유의 경우는 비록 전달할 수 있는 총 에너지는 작으나, 그 출구 지점에 렌즈 등을 장착하여 빛을 집중시킬 수 있다는 장점이 있다. 그런데 만약 다량의 광에너지 전달과 광집중이 동시에 요구되는 상황이라면, 도 8과 같이 이중 클래딩 광섬유(241)를 사용하여 도파관 집합체(240)를 구성할 수도 있다. 이러한 이중 클래딩 광섬유(241)는 도 8의 도파관 집합체를 VII-VII' 선을 따라 자른 단면도에서 보듯이 그 중심에 단일 모드 빛이 전달될 수 있는 코어(241Co)가 배치되어 있고, 그 바깥에는 다중 모드 빛을 전달할 수 있는 또 다른 빛 전파층인 제1 클래딩(241Cd-1)이 코어(241Co)를 감싸고 있다. 이 때 제1 클래딩(241Cd-1) 또한 빛을 전파할 수 있는 광섬유 역할을 할 수 있도록 최외각에 제2 클래딩(241Cd-2)이 배치되는 것이다.

[0088] 상기와 같이 광섬유(241) 및 두 도전성 통로(CP)가 모두 동축으로 배치되는 경우, 프로브 기부(210)에 작용되는 회전력을 프로브 말단에 배치된 스캐닝 팁(250)까지 균일하게 전달시킬 수 있다.

[0089] 이하, 회전 트랜스포머(211) 및 회전 광결합부(102, 241)를 포함하는 광음향-초음파 내시경에 대해 설명한다. 참고로 본 발명에서는 이 둘을 합쳐서 회전 광-전자기 결합기(211, 102, 241)라 지칭한다.

[0090] 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경은, 프로브(200)와 프로브 구동유닛(100)을 포함하며, 프로브(200)는 코어(241Co, 도 7)와 클래딩(241Cd, 도 7)을 포함하는 광섬유(241) 및 광섬유(241)와 동축으로 배치된 도전성 통로(CP)를 포함하는 도파관 집합체(240), 도파관 집합체(240)의 한 쪽 끝에 배치되고, 레이저 빔을 피검체에 보내 피검체로부터 발생한 광음향-초음파 신호를 검출하는 스캐닝 팁(250) 및 도파관 집합체(240) 및 스캐닝 팁(250)의 외부를 감싸는 플라스틱 카테터(220) 및 도전성 통로(CP)와 전기적으로 연결된 회전 트랜스포머(211)를 포함하고, 프로브 구동유닛(100)은 회전하는 광섬유(241)에 광 에너지를 전달하는 광입력기(102) 및 회전 트랜스포머(211)와 전기적으로 연결된 초음파 펄서-리시버(101)를 포함한다.

[0091] 다시 도 1을 참조하면, 회전 트랜스포머(211)는 마치 도넛 모양으로 생긴 자성체 코어(core)의 안쪽 또는 측면 테두리를 따라 역시 이와 나란한 방향(즉, 도넛 모양)으로 감긴 전기 코일(coil)이 한 조(group)를 이룬 1차 코일부(211-1), 그리고 이와 동일한 구조를 갖는 또 다른 한 조인 2차 코일부(211-2)가 상기 1차 코일부와 서로 대향하여 대칭적 구조를 갖도록 형성된 소자를 말한다.

[0092] 여기서 1차 코일부(211-1)는 도파관 집합체(240)의 도전성 통로(CP)에, 2차 코일부(211-2)는 초음파 펄서-리시버(101)의 입력부(미도시)에 각각 전기적으로 연결된다. 그래서 기부 기어(217)의 회전에 의해 도파관 집합체(240)는 물론 이와 연결된 관통형 샤프트(214) 그리고 그 주위를 따라 링(ring) 모양으로 형성되어 있는 1차 코일부(211-1)가 함께 회전하더라도, 볼 베어링 모듈(212)에 의해 기부 프레임(216) 및 2차 코일부(211-2)는 전혀 회전하지 않는다. 즉, 도파관 집합체(240)의 두 도전성 통로(CP)에 전기적으로 연결된 1차 코일부(211-1)와는 달리, 2차 코일부(211-2)는 기부 프레임(216)에 고정되어 있어 회전하지 않게 되는 것이다. 결과적으로 회전 트랜스포머(211)라는 전기 소자에 의해 전선 등이 꼬이는 문제가 없이 회전하는 도파관 집합체(240)로부터 전기 신호를 입출할 수 있게 된다.

[0093] 즉 회전 트랜스포머(211)는 상대적으로 움직이는 두 물체 간에 직접적인 물리적 접촉이나 전선 등을 통한 연결 없이 전기 신호를 주고 받을 수 있는 전기 소자로 전자기 유도 원리에 의해 작동하는 장치이다. 물론 이러한 작동 원리로 인해, 회전 트랜스포머는 교류 신호만 전달할 수 있다는 한계는 있으나, 물리적으로 직접 접촉하지 않고 회전체로부터 전기 신호를 교환할 수 있는 핵심적 장점이 있다. 또한 언급한 장점 외에도, 각 조의 코일

비를 적절히 조합함으로써 전기 신호 전달 시 전압을 바꾸거나 전기 임피던스를 변환할 수 있다.

- [0094] 광입력기(102)는 볼록 렌즈(convex lens)나 대물 렌즈(objective lens) 등과 같은 것을 말하는 것으로 회전하는 광섬유(241)에 광 에너지를 입력 시킨다. 즉 광원부(300)에서 레이저 펄스가 발생하면, 먼저 그 레이저 펄스는 별도의 가이드 광섬유(guiding optical fiber, 미도시)를 통해 광입력기(102)로 이동하는데, 이때 광입력기(102)가 유도된 레이저 펄스를 도파관 집합체(240)의 중심축에 설치된 광섬유(241)로 전달하는 역할을 수행하는 것이다. 여기서 중요한 점은 도파관 집합체(240)의 광섬유(241)는 회전하는 반면 광입력기(102)는 회전하지 않고 정지한 상태에서 광 에너지가 전달된다는 것이다. 즉, 빛을 입력해 주는 광입력기(102)와 빛을 전달 받는 광섬유(241)가 일종의 회전형 광결합부(optical rotary junction)를 형성한다.
- [0095] 경우에 따라서는 도 1에 도시된 볼록 렌즈(convex lens)나 대물 렌즈(objective lens)와 같은 형태를 갖는 광입력기(102)의 사용 없이, 앞서 언급한 가이드 광섬유(미도시)가 도파관 집합체(240)의 광섬유(241)와 직접 맞물리는 형태로도 회전 광결합부를 구성할 수 있다. 물론 이 경우 그 가이드 광섬유(미도시)의 말단은 도파관 집합체(240)의 광섬유(241)에 최대한 가까이 배치되어야 하며, 보다 효율적인 광 에너지 전달을 위해 서로 같은 스펙(spec)을 갖는 광섬유들을 사용하는 것이 바람직하다.
- [0096] 초음파 펄서-리시버(101)는 회전 트랜스포머(211)와 전기적으로 연결되어, 압전소자(251)가 검출하여 전기적으로 변환한 광음향 신호를 받아들이는 역할을 수행한다. 이에 대하여는 후술한다.
- [0097] 도 9 내지 도 11은 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경의 프로브의 구성을 나타낸 모식도이다.
- [0098] 일 실시예에 따르면, 광음향-초음파 내시경은 플라스틱 카테터(220) 내부에 배치되는 메쉬형 보강체(260)를 더 포함할 수 있다. 도 9를 참조하면, 플라스틱 카테터(220) 내부에 금속 재질 등으로 만들어진 브레이디드(braided) 혹은 메쉬(mesh)형 보강체(260)를 삽입할 수 있다. 이를 통해 플라스틱 카테터(220)의 물리적 수명을 연장시킬 수 있다.
- [0099] 도 10의 일 실시예에 따르면, 기부 프레임(216)은 유체주입구(261)를 더 포함할 수 있다. 만약 본 발명이 제시하는 광음향-초음파 내시경 프로브(200)를, 현재 임상에서 쓰이고 있는 비디오 내시경의 장비 채널에 삽입하는 방식으로 사용하는 것과 달리, 혈관 내시경과 같은 형식으로 사용하고자 할 경우, 도 10과 같이 플라스틱 카테터(220)의 말단 부위를 개방시켜 유체방출구(262)를 만들고, 기부 프레임(216)에 유체주입구(261)를 추가로 설치하여 기존의 초음파 기반 IVUS 카테터 프로브와 같은 방식으로 혈관 질환 진단에 사용할 수 있다. 이 경우 유체주입구(261)를 통해 주입되는 유체로는 식염수(saline solution) 등이 사용될 수 있으며, 이때 프로브 내부 공간을 채우는 매칭 유체(230)도 이로 모두 대체 되게 된다.
- [0100] 한편, 도 11을 참조하면, 광음향-초음파 내시경은 플라스틱 카테터(220)를 둘러싸며, 가이드 카테터 유체주입구(280)를 포함하는 가이드 카테터(290) 및 가이드 카테터 유체주입구(280)에 삽입되는 가이드 와이어(270)를 더 포함할 수 있다.
- [0101] 즉, 도 11과 같이 이중 관(dual lumen) 구조를 갖는 가이드 카테터(290)를 추가로 사용하여, 가이드 카테터 유체주입구(280)를 통해 유체를 주입함과 동시에 가이드 와이어(270)를 삽입할 수 있는 채널을 확보할 수 있는데, 플라스틱 카테터(220)는 가이드 카테터(290)보다 굵기가 작고 물리적으로 삽입 되출이 가능하여 스캐닝 팁(250)의 위치를 피검체로부터 바뀌가며 영상을 얻을 수 있다.
- [0102] 도 12는, 일 실시예에 따른 프로브 구동유닛(100) 및 프로브 기부(210) 부분에 있어서, 도 1에 제시한 동력 전달 및 회전 트랜스포머(211) 원리와는 다른 방식으로 동력을 전달하고 전기 신호를 입출하는 방법을 보여주는 모식도이다.
- [0103] 도 1의 실시예에서는 프로브 구동유닛(100)이, 액추에이터(104)와 연결되어 회전하는 구동 기어(103)를 포함하고, 프로브 기부(210)는 구동 기어(103)와 맞물려 회전하는 기부 기어(217)를 포함하는 광음향-초음파 내시경을 예시하였다. 즉 도파관 집합체(240)가 회전하는데 필요한 동력이 구동 기어(103)에 직접 체결된 기부 기어(217)에 의해 전달되었다.
- [0104] 그러나 도 12의 일 실시예에 따르면, 프로브 구동유닛(100)은, 상기 액추에이터(104)와 연결되어 회전하는 구동 타이밍 폴리(106)를 포함하고, 광음향-초음파 내시경의 프로브 기부(210)는 구동 타이밍 폴리(106)와 맞물려 회전하는 기부 타이밍 폴리(218)를 포함하며, 구동 타이밍 폴리(106) 및 기부 타이밍 폴리(218) 사이에 동력을 전달하는 타이밍 벨트(107)를 더 포함할 수 있다. 그래서 이 경우에는 도파관 집합체(240)가 회전하는데 필요한 동력이 구동 타이밍 폴리(106)와 기부 타이밍 폴리(218), 그리고 이 둘을 연결하는 타이밍 벨트(107)를 통해 전

달된다.

- [0105] 한편 도 1과 도 3에서는 프로브 기부(210)에 회전 트랜스포머(211)를 장착하여 압전소자(251)에서 발생된 전기 신호를 도파관 집합체(240)로부터 인계 받는 구조를 제시하였다. 그런데 만일 기계적 소음이 크게 문제 되지 않는 상황이라면, 이 회전 트랜스포머(211) 부분은 도 12에 제시한 것과 같이 두 개의 슬립 링(219-1)과 이들에 각각 접촉된 두 브러시(219-2)로 구성된 전기신호 입출 방식을 사용할 수 있다. 물론 이 경우 두 브러시(219-2)는 신호 케이블(219-3) 등을 통해 초음파 펄서-리시버(101)와 전기적으로 연결된다.
- [0106] 도 12에서는 기부 타이밍 폴리(218)와 슬립 링(219-1)이 함께 사용된 경우를 예시하였지만, 기부 타이밍 폴리(218)는 회전 트랜스포머(211)와 같이 사용될 수도 있고, 또는 기부 기어(217)가 슬립 링(219-1)과 같이 사용될 수도 있다.
- [0107] 이상 광음향-초음파 내시경 프로브(200)와 프로브 구동유닛(100)의 구성에 대해 설명하였는데, 실제 이들을 이용하여 광음향-초음파 내시경 이미징을 수행하기 위해서는, 이미 잘 알려진 일반적인 광음향 이미징 시스템들처럼 광원이나 데이터 획득 시스템(data acquisition system: DAQ system)과 같은 부수적 시스템들이 추가적으로 필요하다.
- [0108] 도 13는 광음향-초음파 내시경 프로브(200), 프로브 구동유닛(100) 및 이 둘을 구동하기 위한 주변 시스템을 나타낸 개념도이다. 대표적인 주변 시스템으로는 레이저 펄스를 발생시키는 광원부(300), 그리고 시스템 전체를 사용자가 통제할 수 있는 시스템 콘솔(400)이 포함된다.
- [0109] 먼저 광원부(300)를 구성하는 핵심 요소로는 매우 짧은 펄스폭의 레이저 빔을 제공할 수 있는 큐스위치 레이저가 바람직한다. 이러한 특성 외에도 본 내시경 시스템이 요구하는 응용 목적을 충족시키기 위하여 충분한 펄스 에너지와 반복율을 가져야 한다. 그리고 두 개 이상의 파장에 대해 다중 파장(multi-wavelength) 광음향 이미징을 동시에 수행하고자 할 경우에는 그 두 파장을 제공할 수 있는 다수의 레이저 시스템들이나 파장 가변 능력을 갖춘 레이저 시스템을 사용할 수 있다.
- [0110] 시스템 콘솔(400)의 경우는 초음파 펄서-리시버(101)로부터 증폭되고 최적화된 광음향-초음파 신호를 받아들여 컴퓨터가 인식할 수 있는 숫자 신호로 변환시켜주는 데이터 획득 시스템(402), 이 신호를 처리하여 영상 데이터로 변환하는 데이터 처리부(401), 그리고 그 영상 데이터를 사용자가 볼 수 있게 제시해주는 영상 이미지 제시장치(403), 그리고 여러 하위 시스템을 통제하는 세부 시스템 통제부(404)로 크게 구성된다.
- [0111] 이하 도 1 및 도 13를 참조하여, 도 1에 제시된 광음향-초음파 내시경 프로브(200)와 프로브 구동유닛(100)의 동작 원리를 설명한다.
- [0112] 사용자는 먼저 광음향-초음파 내시경 프로브(200)를 피검체에 삽입시켜 스캐닝 팁(250) 부분이 관심 영역에 놓이게 한 후, 액추에이터(104)를 가동시켜 구동 기어(103)와 이에 맞물린 기부 기어(217)가 회전 운동을 시작, 소정의 속도에 도달할 할 수 있도록 가속을 시킨다. 예컨대 일반적인 비디오 속도(video rate)의 이미징을 원할 경우는 30 Hz 정도가 되도록 가속이 될 수 있다.
- [0113] 이렇게 기부 기어(217)가 회전 운동을 시작하게 되면, 이와 물리적으로 직접 연결된 관통형 샤프트(214)도 함께 회전을 하게 되는데, 이때 이 회전력은 관통형 샤프트(214)에 역시 함께 물려있는 회전 트랜스포머(211)의 좌측 코일부(211-1), 도파관 집합체(240), 그리고 도파관 집합체(240)의 말단 부위에 위치하고 있는 스캐닝 팁(250)에게도 곧바로 전달되어 소정의 속도로 함께 회전을 하게 된다. 물론 이때 기부에 위치한 볼 베어링 모듈(212)은 관통형 샤프트(214)가 안정된 상태에서 부드럽게 회전을 할 수 있도록 하는 역학적 조건을 제공하며, 오링형 기밀부(213)는 이러한 물리적 회전 과정에서 광음향-초음파 내시경 프로브(200)의 내부 공간을 채우고 있는 매칭 유체(230)가 새어나오지 않게 하는 역할을 한다.
- [0114] 이상과 같이 연동된 여러 기계 요소들이 정해진 속도에 도달하게 되면, 액추에이터 드라이버(105)는 물리적 회전의 실제 동력원인 액추에이터(104)가 일정 각 스텝(angular step) 만큼을 회전할 때마다 트리거(trigger) 펄스 신호를 발생시키기 시작하고, 이와 더불어 전체 시스템 내에서는 이 트리거 펄스 신호에 동기화(synchronization)된 형식으로 광음향 및 초음파 1차원 영상 데이터(통상 A-line 데이터라 부름)를 얻기 위한 일련의 이미징 시퀀스(imaging sequence)들이 순차적으로 번갈아 가며 일어난다. 즉, 매 트리거 펄스 신호마다, 그 시점에 스캐닝 팁(250)이 향하고 있는 특정 방향에 대해 깊이 방향 분해 정보를 담고 있는 광음향 및 초음파 1차원 데이터가 얻어지는 것이며, 이러한 일련의 과정들을 스캐닝 팁(250)이 회전하는 동안 연속적으로 되풀이함으로써 공간적으로 겹쳐진(coregistered) 광음향 및 초음파의 2차원 영상 데이터를 얻게 되는 것이다. 또한 이러한 일련의 과정들을 프로브를 밀거나 빼면서 실시하게 되면 3차원 영상에 필요한 데이터도 얻을 수 있다.

여기서 전술한 이미징 시퀀스들을 촉발하는데 사용되는 트리거 펄스는 티티엘(TTL: transistor-transistor logic) 타입인 것이 바람직하다.

- [0115] 물론 설명한 방식으로 광음향 및 초음파 1차원 데이터들을 순차적으로 얻기 위해서는 일차적으로 액추에이터 드라이버(105)가 제공하는 일련의 트리거 펄스 트레인(train) 신호를 세부 시스템 통제부(404)로 보낸 후, 그곳에서 소정의 시간차 갖는 서로 다른 두 펄스 트레인으로 나누어 각각 광음향과 초음파 이미징 개시에 쓰이도록 해야 한다. 통상 수 십 마이크로 초(μs)의 시간차가 적당한데, 이와 같이 시간차를 두어 광음향 및 초음파 1차원 데이터 획득을 촉발하는 이유는 교대로 번갈아가며 발생하는 광음향 및 초음파 모드에 대해 피검체가 충분히 완화(relaxation)할 수 있는 시간적인 여유를 주기 위함이다. 참고로 이러한 영상 시퀀스를 실제 적용한 예시로 선행 문헌 11을 들 수 있다.
- [0116] 그럼 단일 트리거 펄스에 대해 어떠한 과정으로 1차원 광음향 그리고 초음파 영상 데이터가 얻어지는지를 아래에 설명한다.
- [0117] 우선 어떤 특정 시점에 1차원 광음향 데이터를 얻기 위한 광음향 이미징 모드가 개시되면, 가장 먼저 광원부(300)로부터 레이저 펄스가 발생되는데, 이 레이저 펄스는 별도로 설치된 광섬유(미도시) 등을 통해 광입력기(102)로 보내지게 되고, 도파관 집합체(240)의 중심축에 설치되어 있는 광섬유(241)를 따라 프로브 기부(210)에서부터 스캐닝 팁(250)까지 전달된 다음, 최종적으로 광반사기(252)를 통해 피검체에 보내진다. 그런데 만약 광원부(300)를 프로브 구동유닛(100)과 통합된 형태로 구현하면 광원부(300)에서 생성된 레이저 펄스를 프로브 구동유닛(100)까지 전송하는 별도의 광섬유가 필요치 않게 된다.
- [0118] 피검체 내부로 레이저 빔이 전달되면 그 즉시 광음향 신호가 유도되는데, 그렇게 유도된 광음향파의 일부는 압전소자(251)쪽으로 전파해가 전기 신호로 변환된다. 그 전기 신호는 다시 도파관 집합체(240)의 제1 도전성 통로(242)와 제2 도전성 통로(243)가 형성하는 전자기 도파관을 따라 프로브 기부(210) 내에 있는 회전 트랜스포머(211)를 통해 프로브 구동유닛(100) 내에 위치하는 초음파 펄스-리시버(101)로 보내진다. 물론 이 초음파 펄스-리시버(101)는 압전소자(251)가 검출하여 전기적으로 변환한 광음향 신호를 받아들이는 역할도 수행하지만, 초음파 이미징 모드에서는 압전소자(251)가 초음파 펄스를 발사하여 피검체에 보낼 수 있도록 하는 전기 펄스를 압전소자(251)에 제공하고 다시 그 압전소자(251)가 검출한 초음파 에코(echo) 신호를 받아들이는 역할도 수행한다.
- [0119] 이외에도 이 초음파 펄스-리시버(101)는 신호를 증폭하고 적절한 주파수 대역만 필터링하는 시그널 컨디셔닝(signal conditioning) 기능도 포함할 수 있는데, 이렇게 최적화된 신호들은 데이터 획득 시스템(402)으로 보내진 후 전체 시스템 콘솔(400) 내에 있는 데이터 처리부(401)에서 처리되어 일시적 혹은 장기적으로 저장된다.
- [0120] 전술한 바대로 1차원 광음향 데이터를 얻는 일련의 과정이 모두 종료되면 앞서 언급한 소정의 세팅된 시간 차를 두고 1차원 초음파 데이터를 얻을 수 있는 초음파 이미징 모드가 시작된다. 물론 이 시간차 동안 스캐닝 팁은 이미 약간 회전해 있을 수 있다.
- [0121] 어쨌든 이 과정이 개시되면, 우선 앞서 언급한 초음파 펄스-리시버(101)에서 매우 짧은 전기 펄스가 생성되는데, 이렇게 생성된 전기 펄스는 회전 트랜스포머(211)를 경유하여 도파관 집합체(240)의 제1 도전성 통로(242) 및 제2 도전성 통로(243)를 따라 스캐닝 팁(250) 내부에 장착된 압전소자(251)로 전달되고, 결국 초음파 펄스로 변환된다. 그러면 이 초음파 펄스는 전통적인 초음파 이미징 방식과 마찬가지로 피검체 방향으로 진행하고 그 중 일부 에너지가 반사되어 돌아와, 당초 초음파 펄스를 발사했던 동일한 압전소자(251)에 의해 검출, 결국 전기 신호 형태로 변환된다. 그후 이 전기 신호는 전술한 과정의 역순으로 도파관 집합체(240)의 제1 도전성 통로(242) 및 제2 도전성 통로(243)를 따라 회전 트랜스포머(211)로 전달되고 끝내는 초음파 펄스-리시버(101)에 의해 수신 및 증폭된다. 그러면 증폭된 초음파 신호는 전술한 바 있는 광음향 신호와 마찬가지로 데이터 획득 시스템(402)으로 보내진 후 전체 시스템 콘솔(400) 내에 있는 데이터 처리부(401)에서 처리되어 일시적 혹은 장기적으로 저장된다.
- [0122] 이상 설명한 방식으로 광음향 및 초음파 1차원 영상 데이터를 일정 분량 (통상 스캐닝 팁(250)이 1회 완전히 회전하는 동안) 얻고 나면 관련 데이터들을 데이터 처리부(401)에서 처리한 후, 영상 이미지 제시장치(403)를 통해 사용자에게 제공하게 된다.
- [0123] 본 발명은 광음향-초음파 이미징 모드로 사용함을 주요 목적으로 고안되었다. 그런데 만약 도파관 집합체(240)에 필요한 광섬유(241) 부분을 이중 클래딩 광섬유나 단일 모드 광섬유로 사용하고 주변 시스템들을 도 14과 같이 구성할 경우, 광음향-초음파 이미징은 물론 광간섭 단층촬영술(OCT)도 동시에 시행할 수 있다.


- [0124] 도 14는 도 13에서 제시한 광음향-초음파 영상 모드(imaging mode)에서 한 단계 더 나아가 광음향-초음파-OCT 삼중 영상 모드를 구현하기 위한 시스템 요소들과 그들의 연결 관계를 보여주는 개념도이다.
- [0125] 도 14를 참조하면, 일 실시예에 따른 광음향-초음파 내시경 시스템은 광섬유(241)에 광간섭 단층촬영을 위한 광 에너지를 제공하는 OCT용 광원(302)을 포함할 수 있다. 도 13과 도 14의 가장 큰 차이점은, 광원부(300)와 프로브 구동유닛(100)의 내부 구성에 있는데, 먼저 광원부(300)의 경우 광간섭 단층촬영술을 수행하기 위해 스위프스스(swept source) 등과 같은 OCT용 광원(302)이 추가되었다는 점이다. 참고로 여기서 사용된 추가의 의미는 기능적 추가를 의미하는 것으로, 반드시 물리적으로 별개의 단위를 갖는 장치가 추가되어야 하는 것을 의미하지 않는다. 가령 하나의 광원이 광음향 이미징과 OCT 이미징에 필요한 광파를 동시에 제공할 수도 있다. 어쨌든 도 14에서는, OCT용 광원(302)의 추가 외에도, 프로브 구동유닛(100)의 내부에는 OCT 영상에 통상적으로 쓰이는 광간섭계 및 광신호 검출기(108)가 설치되어, OCT용 광원(302)으로부터 빛을 인계 받아 OCT 영상을 추가적으로 수행할 수 있게 하고 있다. 물론 광음향 광원(301)으로부터 인계 받은 빛과 OCT용 광원(302)에서 인계 받은 빛을 효과적으로 광음향-초음파-OCT 내시경 프로브(200)로 전달하기 위해서는 광입력기(102) 앞단에 빔 컴바이너 (beam combiner, 109)를 설치하는 것이 바람직하다.
- [0126] 공간적으로 겹쳐진 광음향-초음파-OCT 영상을 얻기 위해서는 전술한 방법과 유사한 방식으로 스캐닝 팁(250)이 회전하는 동안 광음향, 초음파, OCT 1차원 영상 모드를 순차적으로 개시하여 성취할 수 있다.
- [0127] 이상 본 발명이 제시한 내시경 시스템을 이용하여 광음향과 초음파 그리고 OCT 영상 정보를 모두 얻는 방법을 설명하였다. 그러나 경우에 따라서는 이들 중 일부 영상 정보만(즉, 광음향 또는 초음파 영상)을 얻는 시스템 형식으로도 구현될 수 있다. 그리고 도 13과 도 14에 나타난 여러 세부 시스템 요소들(100, 300, 400)의 구성과 배치에 있어서는, 필요에 따라 몇몇 요소들을 하나의 물리적 단위로 통합시켜 구현할 수 있으며, 그들 안에 있는 세부 요소들의 공간적 위치도 적절히 바꿀 수 있다. 가령 광원부(300)와 프로브 구동유닛(100), 그리고 시스템 콘솔(400)을 일체형으로 만들 수 있으며, OCT용 광원(302)의 위치를 프로브 구동유닛(100) 내부로 옮길 수도 있다.
- [0128] 본 발명에서는 회전형 동축 광-전자기 도파관 집합체(240)와 회전형 광-전자기 결합기(102, 241, 211)의 원리와 구조를 이용하여, 단일 초음파 트랜듀서 기반 기부 발동 회전 스캔 방식 광음향 내시경 프로브에 있어서, 그간 아주 성가신 문제로 제기되어 온 광섬유(241)와 전기 신호선의 처리 문제, 그리고 프로브 기부(210)에서의 광-전기 신호의 입출 문제를 모두 해결할 수 있는 방법을 제시하였다.
- [0129] 기부 발동 기반 회전 스캔을 수행하는 광음향 내시경의 경우는 빛을 전달할 수 있는 광섬유와 전기적 신호를 송수신할 수 있는 전기적 통로를 소정의 회전체(즉, 토크 코일 등) 내부를 따라 형성시켜주어야 하는 것이 핵심 조건인데, 선행발명 4로 대표되는 기존의 발명들은 이 두 요소를 회전하는 토크 코일 내에 단순히 병렬로 배치시키는 방식으로 구현하여, 기부에서 프로브 말단까지 균일한 회전력을 전달시키지 못하는 문제점이 있었다. 즉 언급한 스캔 방식을 적용하는 광음향 내시경 시스템에 있어서, 피검체에 삽입되는 플렉시블한 프로브 구간은 광 에너지와 전기 신호는 물론 기계적 스캔에 필요한 회전력을 전달하는 매우 중요한 통로인데, 선행 발명에서는 이 부분에 대해 심도 있는 구성 방법을 제시하지 못했던 것이다.
- [0130] 이러한 기술 상황에서 본 발명은 현재 상업적으로 가용한 광섬유(241), 그리고 예컨대 동축인 제1 및 제2 도전성 통로(242, 243)를 포함하는 도전성 통로(CP)를 이용하여 통상적으로 사용되던 전기 신호선을 배제하면서도 광 에너지와 전기 신호를 모두 효과적으로 전달할 수 있는 구조와 경제적 구현 방법을 제시하였다.
- [0131] 그러므로 제안한 발명을 바탕으로 광음향 내시경을 구현하면, 프로브(200)가 완전한 회전 대칭구조를 취하고 있기 때문에 기존 유사 부류의 광음향 내시경들보다 월등히 향상된 프로브 유연성과 회전 스캔의 균일성을 갖게 되어 non-uniform rotational distortion (NURD) 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 물론 외부 환경에 존재하는 전자기적 간섭 잡음에도 덜 영향을 받아 신호대 잡음비를 크게 향상시킬 수 있다. 실제 이와 같이 향상된 성능은 삽입 깊이가 깊고(즉, 프로브를 길게 구현할 경우) 굴곡이 심한 상황에서 프로브의 심각한 꼬임이나 뒤틀림(kink) 문제 등을 줄일 수 있어, 이미지 품질의 향상은 물론 프로브의 수명을 월등히 향상시킬 수 있다. 가령 현재 임상에서 쓰이고 있는 비디오 내시경의 장비 채널에 보다 쉽게 삽입할 수 있다.
- [0132] 그리고 본 발명에서는 선행 발명에서 해결하지 못한, 회전체 외부에 플라스틱 카테터(220)를 설치하고 그 내부를 매칭 유체(230)로 채우고 봉인하는 문제를 해결하였고, 관련 기술 분야에서는 최초로 프로브 기부(210)에서 레이저 빔은 물론 회전 트랜스포머(211)를 사용하여 전기 신호를 교환하는 회전형 광-전자기 결합기(102, 241, 211)를 구성하는 방법과, 하나의 시스템으로 광음향-초음파 이미징은 물론 OCT 이미징도 함께 수행하는 방법도

403: 영상 이미지 제시 장치


404: 세부 시스템 통제부

도면


도면1




도면2




도면3




도면4




도면5




도면6




도면7




도면8




도면9




도면10




도면11




도면12



도면13



도면14



专利名称(译)	一种光声超声内窥镜系统，包括可旋转的同轴光电磁波导组件及其实现方式		
公开(公告)号	KR101903074B1	公开(公告)日	2018-10-01
申请号	KR1020160107773	申请日	2016-08-24
[标]申请(专利权)人(译)	UNISTULSAN NAT INST SCI & TECH的 科学技术研究院蔚山		
申请(专利权)人(译)	科学技术研究院蔚山		
当前申请(专利权)人(译)	科学技术研究院蔚山		
[标]发明人	YANG JOON MO 양준모 KIM CHAE UN 김채운		
发明人	양준모 김채운		
IPC分类号	A61B8/00 A61B5/00		
CPC分类号	A61B8/4444 A61B5/0095 A61B1/00117 A61B1/00165 A61B1/04 A61B5/0035 A61B5/0066 A61B5/6852 A61B8/12 A61B8/4416 A61B8/445 A61B8/4461 A61B2562/247		
其他公开文献	KR1020180022389A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

根据本发明的实施例，光声和超声内窥镜系统包括探针和探针驱动单元。该探头包括：同轴配置的光学和电磁旋转波导组件，其包括光纤，该光纤包括芯和包层，以及与光纤同轴设置的导电路径；扫描尖端，设置在同轴配置的光学和电磁旋转波导组件的一端，并通过向对象发送激光束来检测从对象产生的光声和超声信号；塑料导管，用于包住同轴配置的光学和电磁旋转波导组件的外部 and 扫描尖端的外部。导电路径包括：第一导电路径，包括与光纤同轴设置的区域；以及第二导电路径，具有与光纤同轴设置的区域，并且与第一导电路径绝缘。因此，物理旋转的整个扭矩线圈和扫描尖端用塑料导管等适当地密封。

